

RADYOLOJİ MERKEZLERİNİN RUHSATA/FAALİYET İZİN BELGESİNE ESAS BAŞVURU BELGELERİ

GEREKLİ BELGELER

İlk Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi İşlemi	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi başvuru formu
	<ul style="list-style-type: none"> • Radyoloji merkezinin faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesul müdür onaylı uzman listesi
	<ul style="list-style-type: none"> • Merkez sorumlusu diploma ve uzmanlık belgesi örneği, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/Faaliyet izin belgesi ve merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzların aslı veya Müdürlük onaylı örneği
	<ul style="list-style-type: none"> • Yapı kullanım izin belgesi (Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılacak merkezler için)
	<ul style="list-style-type: none"> • EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerde İnceleme ve Değerlendirme Formu
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesul müdür onaylı cihaz, araç ve gereçlerin listesi
	<ul style="list-style-type: none"> • Her bir iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı için NDK lisans belgesi örneği
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel hastane/tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösterilecek ise kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk/yetki belgesinin örneği
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılacak merkezler için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı sicil tasdiknamesi
<ul style="list-style-type: none"> • Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılacak merkezler için Müdürlük onaylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği 	
Adres/ Mekânsal tasarım değişikliği	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/ faaliyette izin belgesi aslı • Radyoloji merkezinin faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi • Ruhsat/ Faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği • EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerde İnceleme ve Değerlendirme Formu

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi Yenileme İşlemleri		<ul style="list-style-type: none"> • İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı her bir cihaz için Müdürlük onaylı NDK lisans belgesi örneği
	Radyoloji merkezi adı değişikliği	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı • Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği
	Radyoloji merkezi sahipliği değişikliği	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı • Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği • Sahiplik değişikliğine ilişkin noter onaylı sözleşme örneği
	Ruhsata/Faaliyet izin belgesine esas birim ekleme/çıkarma değişikliği	<p>Birim Çıkarma durumunda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı • Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği <p>Birim ekleme durumunda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı • Ekleme yapılacak ise radyoloji merkezi ve cihazların faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi • İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı her bir cihaz için Müdürlük onaylı NDK lisans belgesi örneği • EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu • Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği
Merkez Sorumlusu Değişikliği		<ul style="list-style-type: none"> • Diploma ve uzmanlık belgesi örneği • İkametgah belgesi • Adli sicil kaydı belgesi • Merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlük onaylı örneği



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
RADYOLOJİ MERKEZİ
FAALİYET İZİN BELGESİ/ÇALIŞMA RUHSATI

EK-4a

Ruhsat Tarihi	:	
Ruhsat Numarası	:	
Radyoloji Merkezinin Adı	:	
Radyoloji Merkezinin Adresi	:	
Radyoloji Merkezi Bünyesinde Kurulacak Birim/Birimler		
•Birimi		•Birimi
•Birimi		•Birimi
•Birimi		•Birimi
•Birimi		•Birimi
•Birimi		•Birimi
•Birimi		•Birimi
<p>3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında yukarıda belirtilen radyoloji birim/birimleriyle tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı radyoloji hizmeti sunulmasına izin verilmiştir.</p> <p style="text-align: center;">Onay Adı Soyadı</p>		



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
RADYOLOJİ MERKEZİ
MERKEZ SORUMLUSU BELGESİ

MERKEZ SORUMLUSUNUN

Adı Soyadı

Unvanı

Merkezin Adı

Tıpta Uzmanlık Tescil Tarihi ve No

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi Tarihi

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi No

Çalışma Şekli

 Kadrolu Geçici

Çalıştığı Diğer Sağlık Kuruluş Adı (Varsa)

3153 Sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında yukarıda bilgileri yer alan radyoloji uzmanının merkez sorumlusu olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Onay
Adı Soyadı

EK-5



MESUL MÜDÜR BELGESİ

..... VALİLİĞİNE
(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ)

Fotoğraf

Tarih :

Belge No :

PERSONELİN :

Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Unvanı :

Doğum Yeri/Tarihi :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte :

Diploma Tarih ve No :

Tıpta Uzmanlık Tescil Tarih ve No (Varsa):

Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin radyoloji merkezi mesul müdürü olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Onay

İL Sağlık Müdürü

..... ÜNİTESİ İZİN BAŞVURU FORMU*

Kuruluş Adı	
Kuruluş Adresi	
İletişim Bilgileri	
Ünite Sorumlusu Tabibin Adı, Soyadı	
Uzmanlık Alanı	
Diploma No	
Çalışma Saatleri	
Lisans No (NDK tarafından düzenlenen)	
Cihaz Marka/Modeli	
Seri No	

Yukarıda adı ve adresi belirtilen ünite de tıbbi görüntüleme hizmeti yürütmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.

.../.../....

Mesul Müdürün

Adı-Soyadı

İmza

* Anjiyografi, ERCP, ESWL ve Floroskopi cihazları için başvuru yapılacak ünite adı yazılmalıdır.

* Başvuru formunun ekinde iletilecek belgeler;

- Ünitenin kurum/kuruluş bünyesinde ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi,
- Ünite sorumlusu uzmanlık belgesi örneği,
- EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu”

“EK-8
GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİ İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU
(..... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE)



GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİNE AİT BİLGİLER

Kuruluşun Adı

Gözetimli Radyoloji Biriminin Bağlı Olacağı Kurum

Gözetimli Radyoloji Birimi Adresi

Gözetimli Radyoloji Biriminde Görevli Teknik Personel Sayısı

Gözetimli Radyoloji Biriminin Radyasyondan Korunma Sorumlusu

Gözetimli Hizmet Radyoloji Biriminde Bulunan Cihaz/Cihazlar

Cihaz Adı

**Lisans No
(NDK tarafından düzenlenen)**

.../.../....
Mesul Müdürün

Adı Soyadı
İmza

- * Başvuru formunun ekinde iletilecek belgeler;
- Gözetimli radyoloji biriminin kurum/kuruluş bünyesinde ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi,
- EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu



GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİ İZİN BELGESİ

Belge No	
Gözetimli Radyoloji Biriminin Adı	
Gözetimli Radyoloji Biriminin Bağlı olduğu Kurum	
Gözetimli Radyoloji Biriminin Adresi	
NDK Tarafından Yetkilendirilen Kişi Bilgisi	
NDK Tarafından Uygun Bulunan Radyasyondan Korunma Sorumlusu	

Gözetimli Hizmet Radyoloji Biriminde Bulunan Cihaz/Cihazlar

Cihaz Adı	Lisans No (NDK tarafından düzenlenen)

3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, gözetimli radyoloji birimi olarak faaliyet göstermesi Müdürlükçe uygun görülmüştür.

.../.../...

ONAY
Adı-Soyadı
İmza

**RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE/VEYA RAPORLAMA
HİZMETİ TESCİL BELGESİ**

Tescil No

Kuruluş Adı

Kuruluş Adresi

Kuruluş Sahipliği

Raporlama Hizmeti Sunacak Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Çalışan Radyoloji Uzmanları

Uzman Adı Soyadı

TC Kimlik No

Diploma No

İlgili mevzuat hükümlerine göre yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kuruluşunun radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmeti sunmak üzere Bakanlık Veri Sistemi alt yapısı kurularak tescil işlemi yapılmıştır.

.....

ONAY

Adı-Soyadı

İmza



ÇALIŞMA BELGESİ

..... VALİLİĞİNE
(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ)

Fotoğraf

Tarih :

Belge No :

PERSONELİN :

Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Unvanı :

Görevi :

Baba Adı :

Doğum Yeri/Tarihi :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte :

Diploma Tarih ve No :

Tıpta Uzmanlık Tescil Tarih ve No (Varsa):

Yukarıda açık kimliği yazılı olan personel in radyoloji merkezinde (kadrolu-geçici).....olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.

Düzenleyen
Mesul Müdür/Sahiplik

Onay
İl Sağlık Müdürü



**RUHSATA/FAALİYET İZİN BELGESİNE/İZİN BELGESİNE
ESAS YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Tarihi			
Kurum/Kuruluşun Bulunduğu İl			
Kurum/Kuruluşun Sahipliği			
Merkezin Adı			
Merkezin/Ünitenin/Gözetimli Radyoloji Biriminin Adresi			
Kurum Tipi	Kamu Hastanesi <input type="checkbox"/>	Kamu Üniversite Hastanesi <input type="checkbox"/>	Vakıf Üniversite Hastanesi <input type="checkbox"/>
	Tüzel Kişi <input type="checkbox"/>	Özel Hastane/Tıp Merkezi <input type="checkbox"/>	
Merkez Sorumlusu/Ünite Sorumlusu Adı/Soyadı/Unvanı			
Radyasyon korunma sorumlusu Adı/Soyadı/Unvanı			
Merkezde Bulunan Birimler	Birim		Cihaz Sayısı
	Bilgisayarlı Tomografi Birimi	<input type="checkbox"/>	
	Manyetik Rezonans Birimi	<input type="checkbox"/>	
	Direkt Grafi Birimi (Röntgen)	<input type="checkbox"/>	
	Mamografi Birimi	<input type="checkbox"/>	
	Kemik Dansitometresi Birimi	<input type="checkbox"/>	
	Sabit Skopi	<input type="checkbox"/>	
	Ultrason	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>		

İnceleme ve Değerlendirme Ekip Başkanı
Adı Soyadı
İmza

Denetleyici
Adı Soyadı
İmza

Merkez/Ünite Sorumlusu
Adı Soyadı
İmza

Radyoloji Merkezi Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine Esas İnceleme Kriterleri

No	İnceleme Kriteri	EVET	HAYIR	Açıklama
1	Bakanlıkça verilen ön izin belgesi uygun mu?			
2	Radyoloji merkezinin adresinin ruhsat başvurusundaki adresi ile sağlık kuruluşu ruhsatındaki adres aynı mı?			
3	Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezinin kurulacağı bina için yapı kullanım izni alınmış mı?			
4	Her bir radyasyon kaynağı NDK lisans belgesi mevcut mu?			
5	Yonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihaz alanlarında mevzuata uygun zırhlama yapılmış mı?			
6	Radyoloji merkezinde yonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazlar için denetimli alan belirlenmiş mi?			
7	Radyoloji merkezinde gözetimli alanlar belirlenmiş mi?			
8	Radyasyon içermeyen alanda hasta kabul bölümü mevcut mu?			
9	Yonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazların kumanda ünitesi mevcut mu?			
10	Radyasyon içermeyen alanda hasta bekleme odası/alanı mevcut mu?			
11	NDK tarafından verilen lisans kapsamında uygun bulunan radyasyondan korunma sorumlusu bilfiil radyoloji merkezinde çalışıyor mu?			
12	Her cihaz için, cihaz envanteri ve cihaz yönetim dosyası oluşturulmuş mu?			
13	Radyolojik tetkik istem ve işlem sonuç raporlarında; raporu düzenleyen radyoloji uzmanı, istem tarih ve saati, çekim saati ile rapor düzenlenen tetkikler için rapor onay saati ve kV ve mA değerlerini içeren yonlaştırıcı radyasyon kaynağı bilgileri bulunuyor mu?			
14	Radyoloji merkezlerinde çalışan radyoloji uzmanı, ilgili uzman hekimler, tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikeri adına EK-12'de yer alan Çalışma Belgesi düzenlenmiş mi?			
15	Cihazların bakım, onarımları, test, kontrol ve kalibrasyon ile kalite kontrol ve kalite uygunluk test planları mevcut mu?			
16	Yonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışan radyoloji uzmanı, ilgili uzman hekimler, tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerler için kişisel dozimetre, el bileği veya yüzük dozimetresi mevcut mu?			
17	Yonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışacak personelin sağlık raporu güncel mi?			
18	Radyasyon alanlarının girişlerinde ve bu alanlarda NDK tarafından uluslararası standartlara göre belirlenen ebatlarda ve yerlerde radyasyon uyarı işaretleri bulunuyor mu?			
19	Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvurusunda belirlenen cihazların her biri için ayrı bir birim oluşturulmuş mu?			
20	Bilgisayarlı tomografi biriminde cihaz ve kumanda odası bulunuyor mu?			
21	Floroskopi biriminde, cihaz odası, kumanda birimi, tuvalet ve giyinme kabini bulunuyor mu?			
22	Anjiyografi biriminde/ünitesinde, cihaz ve kumanda odası bulunuyor mu?			

23	Ultrasonografi ve doppler cihaz odasında en az bir adet sedye, hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde giyinme kabini ve lavabo bulunuyor mu?			
24	İyonlaştırıcı radyasyon içeren cihazların bulunduğu alanda cihazın x-ışını tüpü, birincil ışın kapıya ve çalışana yönlendirilmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?			
25	Radyasyon içermeyen alanda personel dinlenme odası mevcut mu?			
26	Radyoloji merkezindeki birimlerde bulunan cihaz odalarına bağlantılı veya yakın konumda hasta mahremiyetine uygun en az iki adet kilitlenen ve dışa doğru açılan kapılara sahip uygun giyinme kabini bulunuyor mu?			
27	Kumanda konsolunun cihaz odasının içinde olması durumunda görsel takibi sağlayacak radyasyon zırhlanması yapılmış sabit veya hareketli kurşun camlı paravan bulunuyor mu?			
28	Girişimsel radyolojik işlem cihaz odasına yakın konumda bir gözlem odası bulunuyor mu?			
29	Kayıt ve yönlendirme için hasta kabul bankosu yeterli mi?			
30	Hasta bekleme alanı, sedye ve tekerlekli sandalye parkına kolay ulaşılabilir mi?			
31	Bekleme alanında hastaların rahat görebileceği konum ve sayıda sıra takip sistemi bulunuyor mu?			
32	Hastaların tetkik ve işlem sonuçlarına ait rapor veya görüntülerin muhafaza edileceği bir alan veya elektronik kayıt ortamı bulunuyor mu?			
33	Radyoloji merkezinin tüm kapıları, acil durumda çıkışa engel olmayacak şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilir mi?			
34	Tüm oda veya alanlara ait kapılarda, söz konusu oda veya alanın ne amaçla kullanıldığını belirten tabela var mı?			
35	Radyoloji merkezinde engelli kullanımına uygun lavabo ve tuvalet bulunuyor mu?			
36	Radyoloji merkezine hastanın tekerlekli sandalye ve sedye ile taşınmasını sağlayacak şekilde mi? giriş katta değilse mevzuatına uygun asansör var mı?			
37	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı hareketli/seyyar cihazların kullanımında radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmış mı?			
38	Hareketli/seyyar cihaz üzerinde radyasyon uyarı işaretleri mevcut mu?			

Ünite/Gözetimli Radyoloji Birimi İzin Belgesine Esas İnceleme Kriterleri

No	İnceleme Kriteri	EVET	HAYIR	Açıklama
1	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazların her biri için NDK lisans belgesi mevcut mu?			
2	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihaz alanlarında mevzuata uygun zırhlama yapılmış mı?			
3	Ünitede/gözetimli radyoloji biriminde iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazlar için denetimli alan belirlenmiş mi?			

4	Ünitede/gözetimli radyoloji biriminde gözetimli alanlar belirlenmiş mi?			
5	Radyasyon içermeyen alanda hasta kabul bölümü mevcut mu?			
6	NDK tarafından verilen lisans kapsamında uygun bulunan radyasyondan korunma sorumlusu bilfiil ünitede/gözetimli radyoloji biriminde çalışıyor mu?			
7	Her cihaz için, cihaz envanteri ve cihaz yönetim dosyası oluşturulmuş mu?			
8	Ünitede/gözetimli radyoloji biriminde çalışan uzman hekimler, tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikeri adına EK-12'de yer alan Çalışma Belgesi düzenlenmiş mi?			
9	Cihazların bakım, onarımları, test, kontrol ve kalibrasyon ile kalite kontrol ve kalite uygunluk test planları mevcut mu?			
10	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışan uzman hekimler, tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerler için kişisel dozimetre, el bileği veya yüzük dozimetresi mevcut mu?			
11	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile çalışacak personelin sağlık raporu güncel mi?			
12	Radyasyon alanlarının girişlerinde ve bu alanlarda NDK tarafından uluslararası standartlara göre belirlenen ebatlarda ve yerlerde radyasyon uyarı işaretleri bulunuyor mu?			
13*	Floroskopi biriminde, cihaz odası, kumanda birimi, tuvalet ve giyinme kabini bulunuyor mu?			
14*	Anjiyografi ünitesinde, cihaz ve kumanda odası bulunuyor mu?			
15	İyonlaştırıcı radyasyon içeren cihazların bulunduğu alanda cihazın x-ışını tüpü, birincil ışın kapıya ve çalışana yönlendirilmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?			
16**	Radyasyon içermeyen alanda personel dinlenme odası mevcut mu?			
17*	Girişimsel radyolojik işlem cihaz odasına yakın konumda bir gözlem odası bulunuyor mu?			
18**	Hasta bekleme alanı, sedye ve tekerlekli sandalye parkına kolay ulaşılabilir mi?			
19	Hastaların tetkik ve işlem sonuçlarına ait rapor veya görüntülerin muhafaza edileceği bir alan veya elektronik kayıt ortamı bulunuyor mu?			
20	Tüm oda veya alanlara ait kapılarda, söz konusu oda veya alanın ne amaçla kullanıldığını belirten tabela var mı?			

* Sadece üniteler için değerlendirilecektir.

** Sadece gözetimli radyoloji birimleri için değerlendirilecektir.

İnceleme ve Değerlendirme Ekip Başkanı
Adı Soyadı
İmza

Denetleyici
Adı Soyadı
İmza

Merkez/Ünite Sorumlusu
Adı Soyadı
İmza

EK-14 RADYOLOJİ MERKEZİ/ ÜNİTE / GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİ DENETİM SÜRĞÜ VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA FORMU
 * Radyoloji Hizmetleri Yönermeliği Hükümleri kapsamında Değerlendirilir.
 ** İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonükleer Kullanılarak Sağlanan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yürürlükteki Hükümleri Kapsamında Değerlendirilir

Denetim						Denetimin				
Adı:						Tarih:				
						Saat:				
Türü:										
Merasim Müdürü:										
Ruhsat Tarih:										
Faaliyet İzin Tarih:										
Adresi:										
Sıra No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Muaf	Açıklama	İDARİ YAPTIRIM				
YETKİLİ /RUHSATSIZ/İZİNSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU STANDARTLARI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit	5. Tespit
1	Ruhsat, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi alınmadan radyoloji hizmeti veriliyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi)					Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak, ruhsat, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi alınmadan hizmet verilmesi halinde valilikçe faaliyet durdurulur ve ilgili makulden Savetliğe şikâyet formunda bildirilir. Uzman olduğu halde bu kurumda sağlık mesleğine ilişkin izin alınmayan kişiye işçisi Türk Ulusu, bu meslektaşları açan uzman olmaya lara ve beşin Türk Ulusu idari para cezası verilir.				
2	Ruhsatta, faaliyet izin belgesinde veya izin belgesinde belirtilen adrese dışında başka bir yerde radyolojik hizmet veriliyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi)					Puhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyet Valilikçe durdurulur. Ayrıca sağlık tesisinin bir önceki yıl ait bütçe hizmet geliriminde idari para cezası verilir.	Ruhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyetini Valilikçe durdurulur. Ayrıca idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Ruhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyet Valilikçe durdurulur. Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
3	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde herhangi bir faaliyet alanı veya basın, yüksekliği olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki yıl ait bütçe hizmet geliriminde idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
4	Faaliyeti durdurulmuş veya başka bir radyoloji merkezi, ünitesi ve gözetimli radyoloji birimi tarafından bu türde çalışmada hizmet veriliyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi)					Faaliyeti durdurulduğu halde hizmet vermeye devam eden radyoloji merkezi, ünitesi ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Ancak, faaliyeti iki kat süreyle durdurulmasına rağmen hizmet vermeye devam eden radyolojik merkez, ünite ve gözetimli radyoloji biriminin ruhsat/ faaliyet izin belgesi/izin belgesi/ izin belgesi/ izin belgesi iptal edilir.				
BİNA VE HİZMET BİRİMLERİ STANDARTLARI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit	5. Tespit
5	Radyoloji merkezlerinde kullanılan radyasyon koruyucu çihaz sistemleri aşağıdaki kriterleri sağlar mı? Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odasında girişinde gerekli uyarı levhaları bulunmalıdır ve yüksek bölgenin girişinde engel olacak şekilde kontrolü girişi uygulanır. Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odasının ses izolasyonu sağlanır ve oda içinde herhangi bir katelemesi olur. Kontrol odası, cihaz odası ile bağlantılı olur ve gerekli elektrik ve gaz tesisatları yapılır. Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odasında hasta mahremiyetini uygun en az iki adet bölümlenmiş ve dışa doğru açılan kapılara sahip uygun çiyeme kabini bulunur. Çiyeme kabini/ünitesinin cihaz odasına giriş ve çıkışın kontrol edilmesini ve aynı anda yalnızca bir kabine/ünite giriş odasına girilip yapılması sağlanır. Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odası girişinde içeriyi metal cisim girişimini engelleyen tedbirler alınır ve cihaz odasına metal cisim girişimini engellemek için hasta hastalara bilgilendirme yapılır. Ultrasonografi ve Doppler cihaz odasında en az bir adet taşıyıcı bulundur. Bu odalarda lavabo da bulunabilir. Ültilasyonçular ve aspiratör cihaz odası veya hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde çiyeme kabini veya paravani bulundur. (Yönetmeliğin*16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki yıl ait bütçe hizmet geliriminde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
6	Radyoloji merkezleri, üniteleri ve gözetimli radyoloji birimleri, teknik ekipmanları engellemek ve teknik sonuçlarının güvenirliliğini sağlamak amacıyla bakımları düzenli olarak yapılır ve kalite yönetim sistemleri kapsamında gerekli önlemler alınır mı? (Yönetmeliğin*16'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (A) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki yıl ait bütçe hizmet geliriminde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		

7	Radyoloji merkezleri, üniter ve gözetimli radyoloji birimlerinde Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarını sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurulmuş mu? (Yönetmeliğin**15'inci maddesinin birinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
8	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu odaların boyutları, ortama saçılan radyasyon dozu ve zehirlenme gerektiren duvarlarda zırh kalınlığı ilâkete alınarak radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin optimizasyonu sağlanacak şekilde tasarlanmış mı? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin dördüncü fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
9	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlara giriş ve çıkışlar kontrolü şeklinde sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin beşinci fıkrası) Ayrıca: İyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu kontrolü alanlardan fiziki olarak ayrılmış alanlar, kontrolü alan kapsamında yer almaz.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
10	Radyasyon alanlarının girişlerinde ve radyasyon alanlarında, uygun radyasyon uyarı işaretleri bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin altıncı fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
11	Tüm oda veya alanları ait kapılarda, söz konusu oda veya alanın ne amaçla kullanıldığını belirten tabela bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin yedinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
12	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu odalar, başka bir amaç için kullanılıyor mu (kullanılmıyor)? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin sekizinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
13	Kumanda odası, İyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu oda ile bağlantılı olacak ve görsel takibi sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onuncu fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
14	Radyoloji uygulamalarında kumanda ünitesinin İyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu odanın içinde olması durumunda, görsel takibi sağlayacak radyasyon zırhlaması yapılarak, sabit veya hareketli kurşun camlı paravan bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbirinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
15	Merkez, giriş katta deşikle binada hastanın tekerlekli sandalye ve sedye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun alanlar, platform veya lift sistemi bulunuyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onikinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
16	Merkezde, engelli bulunmasına uygun lavaboya tuvaleti bulundurulur, engellilerin giriş ve çıkışını zorlaştırmayacak ve tekerlekli sandalye geçişini engelleyecek şekilde düzenleme yapılmış mı? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onüçüncü fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
17	Merkezde, hizmet alanlarının tüm kapılarının, acil durumda çürşme engel olmayacak şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilen kapılar olmasına sağlanmış mı? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin ondördüncü fıkrası) 1-Üniter-maillite. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafittir.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		

16	Bilgisayarlı tomografi, mamografi, tomosenze, kemik-mineral densitometri, sabit/mobil röntgen, anjiyografi, sabit/mobil skopi, floreskoplu cihazları ile EKG' ve ESWL işlemlerinin her biri için ayrı birim oluşturulmuş mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (a) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
19	Bilgisayarlı tomografi biriminde, cihaz odası ve kumanda odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (b) bendi) Açıklama; Bu birimde yer alan kumanda odası, cihaz odası içerisinde yer almaz. 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
20	Anjiyografi ve floreskoplu birimlerinde, cihaz odası ve kumanda odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (c) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
21	Yöneltirici radyasyon kaynağının bulunduğu alanda cihazın X-ışını tüpü, birincil şanzıma ve çalışana yönlendirilmeyeceği şekilde yerleştirilmiş mi? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (ç) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
22	Bilgisayarlı tomografi, mamografi, kemik-mineral densitometri, sabit röntgen, sabit skopi ve floreskoplu cihaz odalarına bağlantılı veya yakın konumunda hasta mahremiyetine uygun en az iki adet, kabineten ve dışı doğru açılan kapılara sabit uygun giyimle kabineli bulunuyor ve buradaki cihaz odalarına giriş ve çıkışların kontrolü olması ve aynı anda yalnızca bir kabineten cihaz odasına girişin yapılabildiği sağlanmış mı? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (d) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
23	Girişimsel radyolojik işlem sonrası cihaz odasına yakın bir gözetim odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (e) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
24	Radyolojik tetkiklerin raporlama işlemlerinin yapılması için radyasyon alanı dışında uygun raporlama odası/odaları oluşturulmuş mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (f) bendi) 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
25	Yöneltirici radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlara hastalar ve radyasyonla çalışanlar dışındaki kişilerin yalnızca tek kapıdan giriş ve çıkışına izin veriliyor mu? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (g) bendi) Açıklama; Merkeziye dönük alanlarda kullanılan yöneltirici radyasyon kaynaklarının kumanda ünitesi ortak kumanda odasında bulunabilir. 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		
26	Cihaz odası içinde birden fazla cihaz bulunuyor mu (Bulunmaz?) (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (h) bendi) Açıklama; Cihaz odası içerisinde kumanda ünitesine, hasta giyimle kabinetine ve varsa film/tezyatı odasına geçiş kapısının bulunmamasına izin verilir. 1-Ünitede muafır. 2-Güçetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti baş gün süreyle durdurulur.		

27	NDK tarafından uygun bulunan radyasyondan korunma programının uygulanması sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin birinci fıkrası) Açıklama: Radyasyondan korunmanın, radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif kaynakların emniyetinin temininde işkin NDK tarafından yayımlanan mevzuat kapsamında radyasyon uygulamaları yürütülür.					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
28	Radyasyonla çalışanlar, hastalar ve refakatçiler için radyasyondan korunmaya yönelik ilgili mevzuat kapsamındaki gerekli tedbirler alınıyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin ikinci fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
29	Radyasyondan korunmaya sağlamak üzere uygulamanın niteliğine göre koruyucu giysi ve teçhizatın eksiksiz olarak bulundurulması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve kullanılması sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
30	Girişimsel radyoloji uygulamalarında görev alan radyasyonla çalışanların, maruz kalacakları radyasyon dozuna sınırlayıcılar ile radyasyondan koruyucu kişisel donanımları kullanıyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
31	Radyoaktif madde ve benzeri paralanmalar için tıbbi önlemler alınmış mı? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
32	İlk yardım seti ve yangın tehlikesine karşı yangın söndürücü ile atev söndürme örtüsü gibi güvenlik donanımı mevcut mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
33	Radyasyonla çalışanlara uygulama kapsamındaki potansiyel tehlikeler ile güvenli çekim tehlikesi hususunda eğitim verilir ve bu eğitimler kayıt altına alınıyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
34	Olunabilecek tehlike ve riskler hakkında giriş kapısı, ohaç, donanım veya aygıt girişine ulusal veya uluslararası kabul gören semboller kullanılarak işaretlenmiş veya etiketlenmiş yapılmış mı? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
35	Uygun sıklıkta hava deşajınının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata uygun havalandırma sistemi kurulmuş mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
36	Giriş ve çıkış noktaları ile yangın çıkışları ilgili mevzuata uygun şekilde işaretlenmiş mi? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
37	Tıbbi amaçlı radyoaktif radyasyon kaynaklarının teslim alınması, bulundurulması, kullanılması, radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların yönetimi ve X-ışını tüpü kullanımından oluşan atıkların bertaraf edilmesi ile radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin yetkilendirilmeler, radyasyon güvenliği, radyoaktif kaynakların emniyeti, radyoaktif maddelerin taşınması ve radyasyon acil durumlarının yönetimi hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari ve teknik düzenlemeler yerine getiriliyor mu? (Yönetmeliğin**6'ncı maddesinin altıncı fıkrasının (f) bendi)					Sağlık tesisinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		

18	<p>Merkezde personel kişisel hijyeni sağlıyor mu?</p> <p>1-Ünite muafitir.</p> <p>2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafitir.</p> <p>Merkez çarşama alanlarında kişisel hijyeni sağlama yönelik el antiseptiği gibi malzemeler bulunur.</p> <p>Kişisel hijyen alışkanlığı kazandırmak ve enfeksiyon yayılımını kontrol edebilmek için el hijyeni eğitimleri verilir.</p> <p>Açıklama:</p> <p>Altepteziye bulunan her bir lavaboda el temizliği/dezinfeksiyonu için uygun tıbbi sabun/deşerize/etanol antiseptiği ve kurulumu için klozid nemli duşunmalıdır.</p> <p>El hijyeni sağlanmaya yönelik yılda en az bir kez Merkez çalışanlarına eğitim verilmesi, eğitim programında olması.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hijyenin önemi Hijyen enstrümanları Hijyen sağlama yöntemleri El hijyeni kullanımına ilişkin kurallar Antiseptikler ile ilgili genel bilgiler Aktif ortam el antiseptikleri ile ilgili minimum gereken güvenlik önlemleri konusunda yer almaktadır. 						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde birini oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
PERSONEL STANDARTI											
39	<p>Radyoloji merkezinde alıma ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenmiş merkez sorumlu su tam zamanlı olarak çalışıyor mu?</p> <p>1-Ünite muafitir.</p> <p>2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafitir.</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin birinci fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
40	<p>Hizmetin sağlık hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşunda çalışıyor mu (Çalışmaz)?</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin üçüncü fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
41	<p>Radyoloji merkezinde ve gözetimli radyoloji biriminde en az bir tıbbi girişimci/teknisyen/tekniker çalışıyor mu?</p> <p>1-Ünite muafitir.</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin birinci fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
42	<p>Radyoloji merkezinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji biriminde radyasyondan korunma sorumlu su görevli yürütmek üzere en az bir kişi görevlendirilmiş mi?</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin altıncı fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
43	<p>Radyoloji merkezi diğer hastane veya tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor ise kurulumu uzmanlık dalının arzusında en az bir radyoloji uzman kadro mevacut mu?</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin yedinci fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
44	<p>Radyoloji merkezinin dışında gelişmiş radyoloji ünitesi bulunmakta halinde, ilgili uzmanlık dalında bir uzman hekim kişisel radyoloji ünitesi sorumlu su olarak görev yapıyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin sekizinci fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
45	<p>Yönetmek eki EK-33 de yer alan Radyolojik Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti Tesisi Belgesi alan kuruluşlarda çalışacak radyoloji uzmanı ünlere fazla radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmeti sunulan kuruluşta çalışıyor mu (Çalışmaz)?</p> <p>(Yönetmeliğin*11'inci maddesinin onbirinci fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
46	<p>Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde medikal görüntüleme veya stajeri gibi hareketli cihazların kalitelerini sağlamak amacıyla, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikçisi tarafından yürütülüyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin*12'inci maddesinin altıncı fıkrası)</p>						Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
MESUL MÜDÜR/BİRİM SORUMLUSU STANDARTI											
47	<p>Radyoloji merkezinde, yönetici/mesul müdür kurulu su bünyesinde çalışacak olan sağlık meslek mensubu EK-12 de yer alan çalışma belgesi düzenlenmiş mi (Kontrol edilmiş mi) bilgisi bulunuyor mu?</p> <p>1-Ünite muafitir.</p> <p>2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafitir.</p> <p>(Yönetmeliğin*12'inci maddesinin no. birinci fıkrasının (a) bendi)</p>						Mesul müdür ünitesi Otuz gün süre verilir.	Mesul müdür ünitesi Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyetini on gün süreyle durdurulur.		

48	<p>Radyoloji merkezinde; yönetici/mesul müdür, görevinden ayrılan sağlık meslek mensubunun çalışma belgesini en geç beş iş günü içerisinde Müdürlüğe sade ediyor mu?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
49	<p>Yönetici/mesul müdür, radyoloji merkezi, Ünite ve gözetimli radyoloji birimine ait verilerin Bakanlığa gönderilmesini sağlar mı?</p> <p>(Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
50	<p>Yönetici/mesul müdür, radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyetleri sırasında, ruhsat, faaliyet izin belgesi, izin belgesi veya lisans kapsamında meydana gelen değişiklikleri ilgili mevzuat kapsamında Müdürlüğe bildiriyor ve finanslamaya ilişkin işlemler için Nükleer Düzeyleme Formuna başvuruyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
51	<p>Yönetici/mesul müdür tarafından radyoloji merkezinde, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde radyasyondan korunma sorumluluğu görevlendirilmesi yapıyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
52	<p>Radyoloji merkezinde; yönetici/mesul müdür, merkez sorumlusunun görevinden belirli bir süreyle ayrılmış durumunda, radyoloji merkezinde çalışan diğer bir radyoloji uzmanını, merkez sorumlusunun görevlerini yürütmeye üzere geçici olarak görevlendiriyor ve bu durum en geç beş iş günü içerisinde Müdürlüğe bildiriyor mu?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
53	<p>Yönetici/mesul müdür gözetimli radyoloji birimlerinde çalışan personelinin sağlık iznini kullanıyor mu?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 3- Radyoloji Merkezi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi)</p>					<p>Mesul müdür uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Mesul müdür uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık testi mesul müdürü yapamaz.</p>	
54	<p>Radyoloji merkezinde; merkez sorumlusu merkezin ihtiyaçlarını tespit ederek, radyoloji hizmetlerinin maliyet etkin yürütülmesini sağlıyor mu?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
55	<p>Radyoloji merkezinde; merkez sorumlusu, merkezin faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlar ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için iş bölümü yapar mı?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
56	<p>Merkez sorumlusu, Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarına uygun çalışmasını sağlayarak ve gerekli düzenli, öncelikli faaliyetleri yapar ve da yapmasını sağlar mı?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
57	<p>Merkez sorumlusu, bbbi görüntüleme tekniğini/tekniklerini kalite kontrol ve standartları ile cihazların bakım ve kalibrasyonları konusunda eğitim vermiş veya eğitim almalarını sağlamış mı?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
58	<p>Merkez sorumlusu, personelinin mesleki becerilerinin geliştirilmesini, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına ilişkin NDK kurulmasını belirleyen mevzuatla ilgili eğitim ve mesleki gelişmelerden haberdar olmasını ve hizmet standartlarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından radyoloji uygulamalarında yapılan yenilikler ve gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeler için yolda en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlemiş veya personelinin düzenlenmiş en az bir hizmet içi eğitim katılımlarını sağlamış mı?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
59	<p>Merkez sorumlusu, radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde çalışan personel, hastaların veya çalışanların istenmeyen dozlarla maruz kalmaması ya açılabilir acil durumlara hazır ve müdahale konusunda eğitim veriyor ve bu eğitimi kayıt altına alıyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	
60	<p>Merkez sorumlusu, girişimsel radyoloji uygulamalarında görev alan personel, radyasyona maruz kalmaması suniylecek ilave radyasyondan korunmaya ilişkin donanımların kullanımına yönelik eğitimleri almalarını sağlamış mı?</p> <p>1- Ünite muafıdır. 2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır. (Yönetmeliğin "12"nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi)</p>					<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Otuz gün süre verilir.</p>	<p>Merkez sorumlusu uyarılır. Onbeş gün süre verilir.</p>	<p>Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değiştirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık testinde merkez sorumluluğu yapamaz.</p>	

61	Merkez sorumlusu, radyoloji işlemlerine ait teknik ve tedavi protokollerini belirleyerek, hastaların talimatlarını veriyor ve ilgili cihazlara eğitim veriyor veya verdiğini söylüyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
62	Merkez sorumlusu, ıslak utmanlık eğitimi veren kurumlarda radyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili faaliyetleri eğitim sorumlusunun gözetiminde yapıyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
63	Merkez sorumlusu, cihazların test, kontrol, kalibrasyon, kalite kontrol ve kalite uygunluk testlerini ilgili mevzuat kapsamında uygun periyotlarda yapmak, bu sonuçları değerlendirmek ve kayıt altına almak, bu testler sırasında izleme ve ölçüm yapmak amacıyla kullanılan donanımın, yalıtım, aksesuar ve benzeri cihazların metrolojik izlenebilirliğini sağlıyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
64	Merkez sorumlusu, radyoloji mekelerlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli verileri Bakanlıkça belirlenen sistem üzerinden girişlerini zamanında yapıyor veya yapıyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
65	Merkez sorumlusu, binaların farklı bölümlerinde bulunan radyoloji mekelerinde hijyen halinde radyoloji uzmanlarından birini birim sorumlusu olarak görevlendiriyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
66	Merkez sorumlusu, kontrolölü alanlarda radyasyonla çalışanlar maruz kaldıkları dozların, doz sınırlarını aşması halinde bu cihazları için sağlık izni ile henüz kullanılmıyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin*12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendi)					Merkez sorumlusu yanılır. Otuz gün süre verilir.	Merkez sorumlusu yanılır. Onbeş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin merkez sorumlusu değerlendirilir. Üç yıl içinde hiçbir sağlık tesisinde merkez sorumluluğu yapamaz.			
KAYITLARIN TUTULMASI VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU STANDARTLARI							1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit	5. Tespit
67	Radyoloji mekelerindeki ruhiyata ve faaliyet için belgesine, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde için belgesine esas tıbbi cihaz envanterisi düzenleniyor mu? (Yönetmeliğin*10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası) Envanter listede, her cihazın: <input type="checkbox"/> Cihazın adı <input type="checkbox"/> Markası <input type="checkbox"/> Modeli <input type="checkbox"/> Üretim tarihi <input type="checkbox"/> Seri Numarası <input type="checkbox"/> Lisans Numarası <input type="checkbox"/> Tesisin firması <input type="checkbox"/> Merkeze hizmete giriş tarihi hususları Açıklama: <input type="checkbox"/> Merkezdeki tıbbi cihaz envanter listesi imzelenmelidir. <input type="checkbox"/> Lisans güncelliği: en az 2 tıbbi cihazın merkeзде olup olmadığı ve envanter listesindeki parametrelerine bakılarak kontrol edilmelidir.					Sağlık tesisi yanılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi yanılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki ayı ait tıbbi hizmetlerinin yüzde birinin oranında idari para cezası ve en beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti en gün süreyle durdurulur.	
68	Radyoloji mekelerinde, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde her cihaz için cihaz yönetim dosyası var mı? (Yönetmeliğin*10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası) Dosya içeriğinde, <input type="checkbox"/> Kullanım kılavuzu <input type="checkbox"/> Arıza bildirim formları <input type="checkbox"/> Firma iletişim bilgileri <input type="checkbox"/> Kullanıcı cihaz eğitim sertifikaları bulunur Açıklama: <input type="checkbox"/> Cihaz yönetim dosyası diğer başka bir yerde veya elektronik ortamda da mevcut olabilir. <input type="checkbox"/> Her cihazın yönetim dosyasındaki parametreleri kontrol edilmelidir.					Sağlık tesisi yanılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi yanılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki ayı ait tıbbi hizmetlerinin yüzde birinin oranında idari para cezası ve en beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti en gün süreyle durdurulur.	
69	Adli vakalar ve acil raporlara ait kayıtların girilmesi ve güncelliği açısından gerekli tedbirler alınıyor mu? (Yönetmeliğin*10'uncu maddesinin altıncı fıkrası) Açıklama: Adli vakalar kayıtlarının, yanıcı/kesici/ıvıdırıcı veya yetkilendirilmiş kişiler ile merkez sorumlusu eşleştirilir.					Sağlık tesisi yanılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi yanılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki ayı ait tıbbi hizmetlerinin yüzde birinin oranında idari para cezası ve en beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti en gün süreyle durdurulur.	

70	<p>Radyolojik hizmetlerine ait sonuç raporlarında; raporu düzenleyen radyolojik uzmanın bilgileri, tarih ve istem saati, çekim saati, çekim süresi ile rapor düzenlenen tehlikeli için rapor onay saati bulunuyor mu? (Yönetmeliğin*10'uncu maddesinin beşinci fıkrası)</p> <p>Açıklama: İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan işlemlerde ayrıca her bir radyolojik işlemi gerçekleştirilmesi, kV ve mA değerlerini içeren iyonlaştırıcı radyasyonu kayanıcı bilgileri, tekrarı çekim var ise nedeni de raporda yer alır.</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
71	<p>Kişisel dozimetre sonuçları NDK bünyesindeki Ulusal Merkezî Doz Kayıt Sistemine gönderiliyor mu? (Yönetmeliğin*13'üncü maddesinin ikinci fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.
72	<p>Radyolojik merkezleri, üniteler ve gözetimli radyolojik birimleri çekim kalitesini izlemeye yönelik program oluşturarak buna ilişkin kayıtları tutuyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin ikinci fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
73	<p>Çekim kalitesine ilişkin değerlendirmelerde, Radyolojik Hizmetleri Yönetmeliği eki Ek-3'de yer alan radyolojik rapora tıma ve çekim kalitesi değerlendirilme esaslarını forma kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin*15'inci maddesinin üçüncü fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
74	<p>Radyolojik merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyolojik birimlerinde kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere Bakanlığın Kayıt ve Teslim Sistemiyle kayıtlı bilgi sistemi kurulumu mu? (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin birinci fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
75	<p>Radyolojik merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyolojik birimlerinde kurulan bilgi sistemlerinde yer alan görüntüler dahil tüm tabii kayıtların ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılıyor mu? (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin ikinci fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
76	<p>15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tabii kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul ediliyor mu? (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin üçüncü fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
77	<p>Radyolojik merkezleri, üniteler ve gözetimli radyolojik birimleri tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, ilgili mevzuata uygun bir şekilde işleniyor. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine aktarılıyor mu? (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin üçüncü fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
78	<p>Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderiliyor mu? (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin altıncı fıkrası)</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
79	<p>Merkezde raporlar ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? 1-Ünitede muaf. 2-Gözetimli Radyolojik Birimi muaf. (Yönetmeliğin*17'inci maddesinin yedinci fıkrası)</p> <p>Açıklama: Radyolojik merkezleri, üniteler ve gözetimli radyolojik birimlerinde; kalite uygunluk, kalite kontrol değerlendirme sonuçları, bakım onarım faaliyetlerine ait raporlar, işleme ve ölçüm cihazlarının kayıtları en az 10 yıl; radyasyonu hesaplamaya ve radyoaktif enklara ilişkin kayıtları en az 20 yıl; iyonlaştırıcı radyasyonu kayanıcı ile çalışmaları tabii görüntüler ve kişisel dozimetreye ilişkin belge ve kayıtları ise radyasyona maruz kalması potansiyeli için sınırlı sürelerle en az 20 yıl için saklanması gerektiren kayıtların, radyasyonla çalışmaları görevi birimleri ve başka yerde çalışmaya başlaması durumunda da kayıtların bir kopyasını çalışmaları teslim edilir.</p>							Sağlık tesisi uyandır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirlinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

80	<p>Radyoloji merkezleri, üniteler ve görüntüli radyoloji birimlerinde yapılan işlemler için merkez/ünite/birim sorumlusu tarafından hazırlanan uygulama formlarında, uygulanan radyopak madde/radyoaktif madde ve uygulama dozu, çekim protokolü ve saati ile diğer tıbbi bilgiler kayıt altına alınır mı? (Yönermeliğin 17'nci maddesinin sekizinci fıkrası)</p>				Sağlık tesisi uyarılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
81	<p>Dış Merkezden hizmet alımı yapılması halinde, hizmeti gerçekleştiren kurum veya kuruluş izmi ve adresi sonuç raporunda yer alıyor mu? (Yönermeliğin 13'üncü maddesinin altıncı fıkrası) Açıklama; Testi gerçekleştiren dış merkez izim ve adresinin hasta test raporunda okunaklı şekilde belirtildiği kontrol edilmelidir.</p>				Sağlık tesisi uyarılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
82	<p>Merkezdeki tıbbi cihazların bakım planı ve kalibrasyonuna yönelik etiketleri var mı? 1-Ünitede muafır. 2-Güzetimli Radyoloji Birimi muafır. Bakım planında; <input type="checkbox"/> Bakım planının formatı <input type="checkbox"/> Hangi aralıklarla bakım yapılacak (Günlük, haftalık, aylık vb.) <input type="checkbox"/> Nasıl kayıt altına alınacağı <input type="checkbox"/> Bakımın sorumluları bulunur Kalibrasyon etiketinde; <input type="checkbox"/> Kalibrasyonu yapan firmasının adı <input type="checkbox"/> Kalibrasyon tarihi <input type="checkbox"/> Geçerlilik süresi <input type="checkbox"/> Serifikalı numarası bulunur. Açıklama <input type="checkbox"/> Planın işleyiş parametrelerine bakılarak kontrol edilmelidir. <input type="checkbox"/> Kurumun biyomedikal biriminin bakımları haricinde merkezin kendi bakım planı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. <input type="checkbox"/> Cihazların kalibrasyon etiketlerinin güncelliği incelenmeli, kalibrasyon sertifikalarına bakılmalıdır.</p>				Sağlık tesisi uyarılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
83	<p>Merkezde çekimi yapılan tüm tetkikleri içeren güncel rehber mevcut mu? 1-Ünitede muafır. 2-Güzetimli Radyoloji Birimi muafır. Test rehberinde; <input type="checkbox"/> Tetkiklerin çağrılma zamanı <input type="checkbox"/> İyonlaştırıcı radyasyon içerip içermediği <input type="checkbox"/> Ön hazırlık işlemi gerekli olup gerekli olmadığı <input type="checkbox"/> Çekim ile ilgili kurallar <input type="checkbox"/> Çekim kabul ve ret kriterleri İleridek hastane bünyesinde ise tetkik rehberi hakkında kurumun ilgili birimlerine bilgilendirme yapılır. Açıklama; <input type="checkbox"/> Tetkik rehberinin güncelliğini öğrenmek için hangi tetkiklerin paklı olduğu sorgulanarak rehberde o tetkiklerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. <input type="checkbox"/> Bu rehber basılı veya dijital ortamda olup olmadığı kontrol edilmelidir. <input type="checkbox"/> Tetkik rehberleriyle ilgili eğitim bilgilendirme yapılmışsa kayıtları kontrol edilmelidir.</p>				Sağlık tesisi uyarılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
84	<p>Çekim sonuç verme ve raporlama süreleri, çalışan tetkikler için belirlenerek, izlenip kayıt altında tutuluyor mu? Çekim sonuç verme süreleri hastaların görebileceği veya erişim sağlayabileceği bir platformda ilan edilir. Açıklama; <input type="checkbox"/> Çekim sonuç verme ve raporlama süreleri hastanın ve ilgili çalışan/ünitesinin erişim sağlayabileceği, kurumun uygun görüldüğü şekilde ve yerde belirtilmelidir.</p>				Sağlık tesisi uyarılır. Otuz gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

85	<p>Hasta tetkik sonuç raporlarında bilgiler uygun mu?</p> <p>Hasta sonuç raporlarında;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kurum/Merkez adı <input type="checkbox"/> Merkezin Bakanlıkça Düzenlenen ruhatat numarası <input type="checkbox"/> Hastanın adı, soyadı <input type="checkbox"/> Kişi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No <input type="checkbox"/> Cinsiyeti, yaşı <input type="checkbox"/> Protokol / Dönüş / İyileşim No <input type="checkbox"/> Çekim isteniyorsa hastanın adı <input type="checkbox"/> Çekim istem zamanı <input type="checkbox"/> Çekim yapıldığı tarih ve saati <input type="checkbox"/> Çekim sisteme aktarım tarihi ve saati <input type="checkbox"/> İklinik yorum/rapor ve varsa radyolojik değerlendirme nota (İ Sonuçun Yönetmelikte belirtilen uzman tarafından onaylanmalı) tarih ve saat <input type="checkbox"/> Merkezin açık adresi, telefon ve varsa web sayfası bilgileri yer alır. <input type="checkbox"/> Çekim yapıldığı tarihi ve zaman rapor/sonuç saati, uygunluđu nesnel bir kontrol edilir. <p>Açıklama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Çekim saat, istem sorusu değildir. Çekim zamanı bu yüzden özellikle kontrol edilmelidir <input type="checkbox"/> Çekim süresinin ve raporlama süresinin uygunluğu (Tetkik rehberinde belirtilen sürelere göre) fark gözetilerek kontrol edilmelidir (heristen bir önceki maddelere de kontrol edilmelidir) 		Sağlık testi uyandır. On beş gün süre verilir	Sağlık testi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık testinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirmim yüzde bir oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık testinin faaliyetleri on gün süreyle durdurulur.
86	<p>Kurum/Radyolojik ruhsata esas radyoloji faaliyetleri hakkında, ilgili veriler Bakanlığa gönderiliyor mu?</p> <p>Açıklama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dözenli raporlarda olguların/olayın edilen veri sisteme girilmesi veya raporların düzenli olarak aktarılması kontrol edilir. 		Sağlık testi uyandır Onuz gün süre verilir.	Sağlık testi uyandır. On beş gün süre verilir	Sağlık testinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirmim yüzde bir oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık testinin faaliyetleri on gün süreyle durdurulur.
87	<p>Merkez teknik personelinin eğitim programı var mı ve yapılan eğitimler kayıt altında tutuluyor mu?</p> <p>1- Ünite muafittir.</p> <p>2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafittir</p> <p>Merkez teknik personelinin yıllık eğitim programı yapılır. Eğitim programında aşağıdaki başlıklar yer alır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Çekim eğitimi <input type="checkbox"/> Güvenlik eğitimi <input type="checkbox"/> Çekim kalite standartları eğitimi <input type="checkbox"/> Bakım ve Kalibrasyon eğitimi <p>Açıklama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Merkez teknik personeline yönelik eğitimler kayıt altına alınır. <input type="checkbox"/> Merkez teknik personelinin yıllık hizmet içi eğitim programı hazırlanmış olmalıdır. <input type="checkbox"/> Personelin aldığı eğitimlerin eğitim sertifikaları/katılım belgeleri vb. kayıtları mevcut olmalıdır. <input type="checkbox"/> Yıllık eğitim programında; <ul style="list-style-type: none"> + Eğitim hizmetleri katılımları, + Eğitimlerin kayıtlı olması, + Eğitimler ne kadar süreyle, + Eğitim konuları yer alınmalıdır. 		Sağlık testi uyandır. Onuz gün süre verilir.	Sağlık testi uyandır. On beş gün süre verilir.	Sağlık testinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirmim yüzde bir oranında idari para cezası ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık testinin faaliyetleri on gün süreyle durdurulur.
BİLGİLENDİRME VE TANIYIM STANDARTLARI							
88	<p>Radyolojik merkezlerinde ve ünitelerde tanımlı ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanıyor mu?</p> <p>2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafittir</p> <p>(Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi)</p>		Sağlık testi uyandır On gün süre verilir.	Sağlık testi uyandır. On gün süre verilir.	Sağlık testinin faaliyetleri beş gün süreyle durdurulur.		5. Tespit
89	<p>Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyolojik merkezlerinin, kuruldukları mevzuata uygun mu?</p> <p>1- Ünite muafittir.</p> <p>2- Gözetimli Radyoloji Birimi muafittir</p> <p>(Yönetmeliğin 15'inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi)</p> <p>Açıklama;</p> <p>Üniversite ve kamu dışında kurum ve kuruluşların isimleri ile bencez ya da aynı şekilde isimlendirilemez</p>		Sağlık testi uyandır. On gün süre verilir.	Sağlık testi uyandır. On gün süre verilir.	Sağlık testinin faaliyetleri beş gün süreyle durdurulur.		5. Tespit
TIBBİ CİHAZ, DONANIM, MALZEME VE HAÇ STANDARTLARI							
90	<p>Radyolojik Merkezleri, Üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde bulunan ve mevzuatla radyasyon şerhler cihaz için Nükleer Dözenleme Kurumu (NDK) tarafından verilen güncel lisans belgesi bulunuyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin 5'inci maddesinin üçüncü fıkrası)</p>		Radyolojik merkezlerin, ünitelerin ve gözetimli radyoloji birimlerinin faaliyetleri, uygun surette durdurulur. Nükleer Dözenleme Kurumuna bildirim yapılır				
DESTEK HİZMETLER VE DİĞER STANDARTLAR							
91	<p>Bir Yönetmelikte uygun olarak kontrol edilmede ihmalatılan radyasyon kaynakları ile çalışan personel kışal dozimetreye kullanıyor mu? Günlük meset radyolojik ve fiziksel ölçümlerinde kullanılan radyasyon kaynakları ile çalışan personel kişisel dozimetresini ek olarak bir ölçü veya yüksek dozimetresini taşıyor mu?</p> <p>(Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrası)</p>		Sağlık testinin bir önceki aya ait birli hizmet gelirmim yüzde üçü oranında idari para cezası ve onuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir	Sağlık testinin faaliyetleri on gün süreyle durdurulur.		5. Tespit

92	Radyasyon çalışanlar için etkin doz sınırı yıllık 20 mSv mi? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrası) Açıklama: Ancak aralık beş yıl ortalaması 20 mSv'yi geçmemek üzere tek bir yılda en fazla 50 mSv'e kadar lain verilebilir.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
93	El, kol, ayak ve cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için aralık beş yıl ortalaması 20 mSv'yi geçmemek üzere tek bir yılda en fazla 50 mSv'yi geçiyor mu? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrası)					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
94	18 yaşına dolmamış olanlar radyasyon kaynağı ile çalışan işlerde görev alıyor mu (Alineasyon)? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin dördüncü fıkrası) Açıklama: Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarını kullanılmaması gerektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler bu eğitimlerin sadece kontrolü olan dışına kalan alanlarında olabilir. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16 ile 18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz sınırı yıllık 6 mSv'dir. Bu doz sınırı geçerli olmak kaydıyla, yıllık eşdeğer doz sınırını göz merceği için 20 mSv; el, kol, ayak ve cilt için 150 mSv'dir.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.		
95	Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren personel çalışma koşulları, emriyona, fetüsün veya emilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak ve halk için belirlenen doz sınırlarına uyulacak şekilde yeniden düzenlenmiş mi? Çalışma koşulları hamilelik şüphesi olan ve hamile personel için hamileliğin geri kalan süresinde radyasyon alanlarında çalışılmayacak şekilde, emzirme döneminde olan personel için radyoaktif kirli riski bulunan radyasyon alanlarında çalışılmayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin beşinci fıkrası)					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	Nükleer Düzeneleme Kurumuna bildirim yapılır.	
96	Kişisel dozimetri hizmeti, bu hizmeti vermek üzere NDK tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan alınmış mı? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin yedinci fıkrası)					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	Nükleer Düzeneleme Kurumuna bildirim yapılır.	
97	Kişisel dozimetre sonuçlarında yıllık 2 mSv değerinin aşılması durumunda merkez sorumlu ve radyasyondan korunma sorumlusu sorumlu kaynağı inceleyip değerlendirerek varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alıyor ve NDK mevzuatı kapsamında işlem yapıyor mu? (Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin onuncu fıkrası)					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	Nükleer Düzeneleme Kurumuna bildirim yapılır.	
98	Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından alınan tabahalarında, baskı ve elektronik ortam materyallerinde mevzuata uygun ibareler kullanılıyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin 15'sinci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi) Açıklama: Baskı ve elektronik ortam materyallerinde aynı veya karakterinde olmak şartıyla "özel" ibaresi, sağlık kuruluşunun ziminde kullanılan yazı puntolarına 15 siteden küçük olmamalı. Tabahalar ile baskı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatta baskı özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından alınan radyoloji merkezi ismi dışında başka bir isim kullanılmaz ve ruhsatta belirtilen uzmanlık dallarını hâncinde başka uzmanlık dalı ve/veya başka ibareler yazılmaz.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.		
99	Merkezde, ruhsata esas görüntüleme hizmetleri dışında radyoloji hizmetleri veriliyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.		
100	Merkezde diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulunduruluyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.		
101	Merkezde mesai saatleri dışında hizmet birimlerinin bakım-yıkama şeklinde faaliyetleri sürdürüyor mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.					Sağık testisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve beş gün süre verilir.	Sağık testisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.		

102	Radyoloji hizmetleri sırasında hastaların mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu?					sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde bir oranında idari para cezası ve atar gün süre verilir.	idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	sağlık tesisinin faaliyeti bes gün süreyle durdurulur.		
ÖĞEN TESPİTLERİ(*)						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit	5. Tespit
103										
104										
105										

NOT: (*) Yönetimle ilgili taşınan mevzuatlar ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

Denetleyici tarafından Denetim Formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar (İhtiyaç göze 5. No eklemesi yapılabilir.)

Kamuya ait sağlık tesisleri için yapılan uygunsuzluk tespitlerinde; 1.inci tespitte sağlık tesisi UYARI'lır, ikinci tespitte İHRAK/ASİT /kurur şüphesi bulunmaları hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Yükseköğretim Kuruluna ait sağlık tesisleri için yapılan uygunsuzluk tespitlerinde; İlgili Rektörlüğe bildirim yapılır.

1-Ünite

2-Gözetimli Radyoloji Birimi

3-Radyoloji Merkezi

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür/İrtd