

**ÖZEL DONANIMLI AMBULANSLAR HARİÇ
KARA AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN
TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ**

a) Kara ambulansı olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun olmalıdır. İlk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte yer alan seri tadilat belgelendirmesi ile 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte (AB/2018/858) yer alan ulusal araç tip onayına sahip olarak üretilmeli ve ilk tescil tarihinden itibaren altmış ay geçmemiş olmalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve ilk tescil tarihinden itibaren altmış ayını doldurmuş olan ambulansların hizmet sunumu; Türk Standartları Enstitüsü tarafından oluşturulan kontrol formu ve bu Eke göre Türk Standartları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca her üç yılda bir yapılan periyodik kontrol ve muayene ile ambulans uygunluğunun belgelendirilmesi ve Ek-2 ile Ek-4’e göre yapılan muayene sonucunda ilk tescil tarihinden itibaren iki yüz kırk aya kadar Müdürlükçe uzatılabilir. Ambulanslar, ilk tescillerinin yapıldığı yıldaki TS EN 1789 Standardına göre kontrol ve muayene edilir. Kontrol ve muayene sonucunda uygunluğu belgelendirilmiş olan ambulanslar, standartta yapılacak değişikliklerden muaf tutulur.

b) Yeni tescil edilecek ambulanslar ile daha önce ambulans olarak kullanılan ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe göre yeniden tadilat yapılan her ambulans için TS EN 1789 Standardına uygun olduğuna ilişkin belge düzenlenerek muayene ve uygunluk işlemleri esnasında sunulur.

c) Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından karayolu ambulanslarının muayenesi için oluşturulan formda yer alan asgari ölçülerde olmalıdır.

ç) Hasta nakil ambulanslarında bulunan sesli uyarı sistemleri ve ışıklı uyarı cihazı ile diğer ambulanslarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemleri ulusal düzenlemelerle uyumlu olmalıdır.

d) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.

e) Hasta kabininde kilitlenebilir ilaç bölümü bulunmalıdır.

f) Hasta nakil ambulansları üzerinde “Ambulans” ibaresi yer alamaz. Bu ambulansların üzerinde “Hasta Nakil” ibaresi yer alır.

**AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ
TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI**

SIRA NO	TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI	AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI		
		HASTA NAKİL	ACİL YARDIM	YOĞUN BAKIM
1	Ana sedye ve kemer seti	1	1	1
2	Kombinasyon sedye ve kemer seti	1	1	1
3	Vakum sedye ve pompası	1	1	1
4	Faraş sedye	-	1	1
5	Sırt tahtası (örümcek kemer ve baş sabitleyici ile birlikte)	1	1	1
6	Traksiyon atel seti	-	1	1
7	Şişme atel seti (asgari 6 değişik parçalı) veya vakum atel seti (asgari 3 değişik parçalı)	1	1	1
8	Boynuluk seti	1	1	1
9	KED kurtarma yeleği	-	1	1
10	Sabit oksijen tüpü (en az 10lt.) ve prizi	2	2	2
11	Portatif oksijen tüpü*	1	1	1
12	Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınç [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli)	1**	1	1
13	Sabit vakum aspiratörü	1	1	1
14	Elektrikli portatif aspiratör*	1	1	1
15	Sabit tansiyon aleti* ve stetoskop	1	1	1
16	Portatif tansiyon aleti (yetişkin ve pediatrik boy ayrı ayrı) ve stetoskop	1	1	1
17	Parmak tipi pulse oksimetre	1	1	1
18	Temassız dijital ateş ölçer	1	1	1
19	Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)	1	1	1
20	Serum askısı	2	2	4
21	İnfüzyon pompası veya enjektör pompası	-	1	1
22	Bifazik defibrilatör (monitörlü)	1**	1	1
23	Canlandırma seti (çantası içerisinde balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpleri, oro/nazofaringeal kanüller)	1	1	1
24	Isı izolasyonlu kap	-	1	1
25	Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)	1	1	1
26	Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)	1	1	1
27	Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası	1	1	1
28	Muhtelif ölçüde enjektör	10	10	15
29	Toraks drenaj kiti	-	-	1
30	Perikardiyal delme kiti	-	-	1
31	Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)	-	-	1
32	Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pacemaker)*	-	1***	1
33	Acil doğum seti	-	1	1
34	Kan şekeri ölçüm cihazı	1	1	1
35	Kapnometri*	-	1***	1
36	Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)	-	1	1
37	Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanj, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)	1	1	1
38	Serum seti ve intraketler	5	5	10
39	Personel görev kıyafeti (yansıtıcı)	2	3	3
40	Cenaze torbası	2	2	2
41	Kemik içi (intraosseöz) girişim seti	-	1	1
42	Taktik turnike	-	1	1
43	Pelvis sabitleme kemeri	-	1	1
44	Kamera cihaz paketi****	1	1	1
45	Mobil cihaz paketi****	1	1	1
46	Araç takip cihazı****	1	1	1
47	Araç telsiz ve anten sistemi	1	1	1

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünlük ise ayrıca istenmez.

(**) Transport ventilatör yerine tek kullanımlık otomatik ventilatör, bifazik defibrilatör yerine otomatik eksternal defibrilatör kullanılabilir.

(***) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.

(****) Özellikleri Bakanlık tarafından belirlenecektir. ”

**AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ
İLAÇ VE SERUMLAR**

SIRA NO	SERUM VE İLAÇLAR	AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI		
		HASTA NAKİL	ACİL YARDIM VE YOĞUN BAKIM	HAVA VE DENİZ
1	Adrenalin amp 1 mg	10	20	20
2	Lidokain %2 amp	1	2	2
3	Atropin amp 0,5 mg	3	6	6
4	Antihistaminik amp	2	4	4
5	Beta bloker amp	-	2	2
6	Spazmolitik amp	1	4	4
7	Kalsiyum amp	1	2	2
8	Kortikosteroid amp (deksametazon) (8mg)	1	4	4
9	Kortikosteroid amp (metilprednizolon) (40mg)	1	6	6
10	Diazepam amp*	1	3	3
11	Diltiazem 25 mg amp	-	2	2
12	Dopamin 200 mg amp	-	1	1
13	Midazolam 5 mg amp	1	3	3
14	Antiemetik amp*	1	2	2
15	Antiepileptik amp*	-	2	2
16	Etil klorür sprey	-	1	1
17	Verapamil amp	-	2	2
18	Furosemid amp	-	5	5
19	Amiodaron amp	-	6	6
20	Analjezik amp (im/iv)*	5	10	10
21	Sodyum Bikarbonat (NaHCo ₃) amp	5	10	10
22	Nalokson amp	1	1	1
23	Nebul (salbutamol+ipratropium bromür)	2	4	4
24	Anestezik pomad	1	2	2
25	Antimikrobiyal pomad	1	2	2
26	Proton pompa inhibitörü flakon	3	3	3
27	Asetilsalisilik asit tb (kutu) (öncelikli tercih enterik kaplı olmayan)	1	1	1
28	İzosorbid Dinitrat 5 mg tb (kutu)	-	1	1
29	Kaptopril tb 25 mg (kutu)	1	1	1
30	%20 Dekstroz 150 cc, %10 dekstroz 250 cc, %5 dekstroz 150 cc (her birinden)	1	2	2
31	İzotonik 100 cc, 250 cc, 500 cc (her birinden)	1	2	2
32	Ringer laktat 500 cc	1	2	2
33	Magnezyum sülfat amp	1	2	2
34	Flumazenil 0,5 mg amp	1	2	2
35	Parasetamol flakon	-	2	2
36	Adenozin amp	-	10	10
37	Nifedipin 10 mg kapsül (kutu)	-	1	1
38	Karbetesin 100 mcg/ml amp/flakon	-	1	1
39	Fentanil amp/flakon*	-	1	1

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suistimal edilmesi riskine karşı ekip sorumlusuna zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.”

EK-10/B AMBULANS DENETİM FORMU						
Ambulansın				Denetimin		
Ait Olduğu Kuruluşun Adı:				Tarihi:		
Türü/Plakası:				Saati:		
Mesul Müdürü:						
Faaliyet İzin Tarihi:						
Ait Olduğu Kuruluşun Adresi:						
Soru No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Muaf	Açıklama	
İDARİ YAPTIRIM						
BİR YIL (ONDEKİ)						
1. Tespit		2. Tespit		3. Tespit		
1	Ambulansın yeterlik belgesi mevcut mu? (Yönetmeliğin 7. maddesi)				Ambulans ve ambulans servisinin faaliyeti Valilikte durdurulur. İlgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Durum yazıyla Türkiye Noterler Birliğine ve il emniyet müdürlüğüne bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. İki yüz elli bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yarısına kadar idari para cezası uygulanır.	
RUHSATNAME/YETKİSİZ SAĞLIK HİZMET SUNUMU						
PERSONEL STANDARTLARI						
2	Ambulansın sınıfına uygun nitelik ve sayıda personel var mı? (Yönetmeliğin 7. maddesi)				Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	
3	Ambulansla adına "personel çalışma belgesi" düzenlenen personel çalıştırılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
4	Ambulansla görev yapan tüm personel, hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giyiyor mu? (Yönetmeliğin 21. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
5	Ambulansla görevli personel, tıbbi kimlik kartını hizmet sunumunda hizmet alanlara gösterebilecek şekilde bulunduruyor mu? (Yönetmeliğin 22. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
6	Özel sağlık kuruluşları bünyesindeki ambulansla çalıştırılmak üzere adlarına çalışma belgesi düzenlenen personel, sağlık kuruluşunun acil servisi/ünitesi dışında diğer birimlerde çalıştırılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
TIBBİ CİHAZ, DONANIM, MALZEME İLE İLAÇ STANDARTLARI						
7	Ambulans, Yönetmeliğin Ek-1 ekinde düzenlenen özelliklere sahip mi? (Yönetmeliğin Ek-1 eki.)				Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	
8	Ambulans, Yönetmelikte geçen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar bulunuyor mu? (Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ekleri)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
9	Ambulans üzerinde yer alan yazı ve işaretler Yönetmeliğe uygun mu? (Yönetmeliğin 8. ve 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
AMBULANS HİZMET STANDARTLARI						
10	Ambulans, amacı dışında kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın yeterlik belgesi iptal edilir. * **	
11	Ambulans, ambulans işletenlerce onaylanmayacak olan ve belgelendirilen sebepler haricinde yılda 30 günden fazla hizmet dışı kaldı mı? (Yönetmeliğin 19. maddesi)				Ambulansın yeterlik belgesi iptal edilir.	
12	Ambulans içerisinde bulunan mobil cihaz paketi, kamera cihaz paketi ve araç takip cihazı hizmet süresi boyunca çalışır ve takip edilebilir durumda tutuluyor mu? (Yönetmeliğin 20. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
13	Hasta nakil ambulansları acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıların taşınmasında kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
14	Ambulans, afet durumları haricinde cenaze nakli amacıyla kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
15	Ambulans, ambulans servisi, itfaiye, sözcümelî olduğu yerler dışında, sağlık tesisi alanında (SKKM'ye bildirilen görevlerdeki hasta alın ve tesliminde 30 dakika haric) ve çevresinde duraklama yapıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	
16	Hasta nakil ambulansı sağlık tedbir hizmeti amacıyla kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	

17	Kara ambulans, bu Yönetmelik kapsamında izin verilen görevler haricinde yalnızca yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapıyor ve konuşuluyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)					Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	Ambulansın yeterlilik belgesi iptal edilir.
18	Müdirliğin onayı ile işletme izni veya hizmet sözleşmesi yapma izni verilen ambulans, izin alan kurum veya işletmenin ihtiyacı dışında kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)					Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	Ambulansın yeterlilik belgesi iptal edilir.
19	Ambulans vakaya çıkarken SKKM'ye bildirimi yapıyor ve yapılan işlemler yirmi dört saat içinde ASOS'a kaydedilerek vaka formu kapatılmak üzere SKKM'ye bildiriliyor mu? (Yönetmeliğin 17. ve 18. maddesi)					Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
20	Ambulans ile yapılan tüm görevler; dijital olarak, dijital sistemler üzerinden düzenlenemediği durumlarda fiziki olarak Ek-12'de yer alan ambulans vaka kayıt formuna kaydediliyor mu? (Yönetmeliğin 23. maddesi)					Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
21	Tespit edilen ücretlerin ambulansa asılması zorunluluğuna uyuluyor mu? (Yönetmeliğin Ek-14 eki)					Ambulans işleten uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
22	Ücretlendirme hükümlerine uyuluyor mu? (Yönetmeliğin 27. maddesi)					Ambulans işleten uyarılır ve varsa fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
23	Denetim faaliyetlerini kasten engellemeye yönelik eylemlerde bulunuluyor mu? (Yönetmeliğin 26. maddesi)					Ambulansın yeterlilik belgesi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.*		
DİĞER TESPİTLER(*)						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
24								
25								
26								

SIRA NO	AÇIKLAMALAR
1	Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre 5.No eklemesi yapılabilir.)
2	Bir yıl içinde aynı ilahin dördüncü ve daha sonraki tespitinde, üçüncü tespit için uygulanan idari yaptırım uygulanmaya devam olunur.
3	İşleten fil için bu formda yer alan birden fazla maddede yaptırım doğrultulmuş ise sadece işbu formda yer alan ve en ağır olan yaptırım uygulanır. Aynı fil nedeniyle Ek-10/A kapsamında yaptırım uygulanmış işbu form uyarınca mükerrer ceza verilmez.
(*)	Savunma süreci ve inceleme aşaması tamamlanuncaya kadar ambulansın faaliyeti durdurulur.
(**)	Ambulansın ambulans servisi bünyesinde faaliyet göstermesi halinde ayrıca ambulans servisi uygunluk belgesi iptal edilir.

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Ambulans İşleten/Mesul Müdür/Ekip Sorumlusu**

