

RADYOLOJİ MERKEZLERİNİN RUHSATA/FAALİYET İZİN BELGESİNE ESAS BAŞVURU BELGELERİ

GEREKLİ BELGELER		
İlk Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi İşlemi		• Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi başvuru formu • Radyoloji merkezinin faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi • Ön izin başvurusu Bakanlıkça uygun görülen mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından yeni açılacak merkez başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım mimari proje (Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, merkez binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, mücavir alan dışında ise valilik onaylı hazırlanır) • Mesul müdür onaylı radyoloji merkezi personel listesi ve iletişim bilgileri • Merkez sorumlusu uzmanlık belgesi örneği, ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı • Ruhsat/Faaliyet izin belgesi ve merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzların aslı • Yapı kullanım izin belgesi (Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından yeni açılacak merkezler için) • İlgili mevzuatı kapsamında alınmış olan deprem ve yangına karşı güvenlik önlemi raporu örneği (Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından yeni açılacak merkezler için) • EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu • Mesul müdür onaylı cihaz, araç ve gereçlerin listesi • Her bir iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı için NDK lisans belgesi örneği • Sağlık tesisi bünyesinde faaliyet gösterilecek ise sağlık tesisinin Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk/yetki belgesinin örneği • Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılacak merkezler için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı sicil tasdiknamesi • Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılacak merkezler için Müdürlük onaylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği
	Adres/ Mekânsal tasarım değişikliği ve taşınma	• Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu • Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/ faaliyet izin belgesi aslı • Taşınma başvurusu Bakanlıkça uygun görülen merkez başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım mimari proje (Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, merkez binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, mücavir alan dışında ise valilik onaylı hazırlanır) • Radyoloji merkezinin faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi • Ruhsat/Faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı (Merkezin faaliyet gösterdiği mevcut binanın bulunduğu mahalle, bulvar, cadde, sokak adı ve numarataj değişikliği durumunda ruhsat/faaliyet izin belgesi harcı alınmaz.) • EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu • İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı her bir cihaz için NDK lisans belgesi örneği • Yapı kullanım izin belgesi (Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılan merkezlerin farklı bir binaya taşınması durumunda)

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi Yenileme İşlemleri		- Taşınma ve brüt alan artışı durumlarında deprem raporu ile yangına karşı güvenlik önlem raporu örneği, - Mekânsal tasarım değişikliklerinde tadilatın niteliğine göre gerekli görülmesi halinde yangına karşı güvenlik önlem raporu örneği ve deprem raporu örneği
	Radyoloji merkezi adı değişikliği	- Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu - Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi ve merkez sorumlusu belgesi aslı - Ruhsat/faaliyet izin belgesi ve merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzun aslı - Yönetim kurulu/Ortaklar kurulu kararı aslı veya noter onaylı örneği
	Radyoloji merkezi sahipliği değişikliği/Birleşme/Devir	<u>Bakanlıktan alınacak izin aşamasında:</u> - Kuruluşu devir alacak olan sahiplik bünyesindeki radyoloji uzmanı/uzmanlarının diploma örneği - Her iki sahipliğe ait noter onaylı ortaklar kurulu kararı - Güncel ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil tasdiknamesi örneği, kuruluşun sahipliğinin anonim şirketi olması halinde ilgili Bakanlık Temsilcisinin de toplantı anında hazır bulunduğu hazirun cetvelinin aslı veya noter onaylı örneği - Her iki sahipliğe ait imzaya yetkili kişiler tarafından verilmiş dilekçeler <u>Bakanlıktan izin alındıktan sonra:</u> - Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı - Merkez sorumlusu belgesi aslı (İsim değişikliği varsa) - Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı - Merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzun aslı (İsim değişikliği varsa) - Değişikliğe ilişkin noter onaylı sözleşme örneği
	Ruhsata/Faaliyet izin belgesine esas birim ekleme/çıkarma değişikliği	Birim çıkarma durumunda; - Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu - Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı - Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı Birim ekleme durumunda; - Ruhsat/faaliyet izin belgesi başvuru formu - Bakanlık tarafından düzenlenen ruhsat/faaliyet izin belgesi aslı - Ekleme yapılacak ise radyoloji merkezi ve cihazların faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan (1/100) içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi - İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı her bir cihaz için NDK lisans belgesi örneği - EK-13 Ruhsata/Faaliyet İzin Belgesine/İzin Belgesine Esas Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu - Ruhsat/faaliyet izin belgesi harcına ait makbuzun aslı
Merkez Sorumlusu Değişikliği		- Sağlık kuruluşunun ilgili mevzuatı kapsamında mesul müdür onaylı kadro durumu bildirir başvuru dilekçesi - Diploma ve uzmanlık belgesi örneği - İkametgâh belgesi - Adli sicil kaydı belgesi - Merkez sorumlusu belgesi harcına ait makbuzun aslı



EK-4a

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
RADYOLOJİ MERKEZİ
FAALİYET İZİN BELGESİ/ÇALIŞMA RUHSATI

Faaliyet İzin Belgesi/ Ruhsat Tarihi :
Faaliyet İzin Belgesi/ Ruhsat Numarası :
Sahiplik Bilgisi (*Özel Sağlık Tesisleri için*) :
Radyoloji Merkezinin Adı :
Radyoloji Merkezinin Adresi :
Belge Yenileme Tarihi :

Radyoloji Merkezi Bünyesinde Kurulacak Birim/Birimler

- | | |
|----------------|----------------|
| • Birimi | • Birimi |
| • Birimi | • Birimi |
| • Birimi | • Birimi |
| • Birimi | • Birimi |
| • Birimi | • Birimi |

3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında yukarıda belirtilen radyoloji birim/birimleriyle tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı radyoloji hizmeti sunulmasına izin verilmiştir.

Onay
Adı Soyadı



EK-4b

**T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
RADYOLOJİ MERKEZİ
MERKEZ SORUMLUSU BELGESİ**

MERKEZ SORUMLUSUNUN

Adı Soyadı

Unvanı

Merkezin Adı

Tıpta Uzmanlık Tescil Tarih ve No

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi Tarihi

Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi No

Çalışma Şekli

☐ Kadrolu

☐ Geçici

Çalıştığı Diğer Sağlık Kuruluş Adı (Varsa)

Belge Yenileme Tarihi

3153 Sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında yukarıda bilgileri yer alan radyoloji uzmanının merkez sorumlusu olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Onay
Adı Soyadı



.....ÜNİTESİ İZİN BELGESİ

İzin Belgesi Numarası

Kuruluş Adı

Kuruluş Adresi

Ünite Sorumlusu Adı, Soyadı

Çalışma Saatleri

3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında adı geçen kuruluş bünyesinde ünitesi ile tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı radyoloji hizmeti sunulmasına izin verilmiştir.

.....

ONAY

Adı-Soyadı

İmza



GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİ İZİN BELGESİ

İzin Belgesi Numarası

Gözetimli Radyoloji Biriminin Adı

Gözetimli Radyoloji Biriminin Bağlı
Olduğu Kurum

Gözetimli Radyoloji Biriminin Adresi

NDK Tarafından Uygun Bulunan
Radyasyondan Korunma Sorumlusu

Gözetimli Hizmet Radyoloji Biriminde Bulunan Cihaz/Cihazlar

Cihaz Adı

Lisans No
(NDK tarafından düzenlenen)

3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, gözetimli radyoloji birimi olarak faaliyet göstermesi Müdürlükçe uygun görülmüştür.

.../.../....

ONAY
Adı-Soyadı
İmza

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE/VEYA RAPORLAMA HİZMETİ SUNACAK KURULUŞ TESCİL BAŞVURU FORMU

Radyolojik Görüntüleme ve/veya Raporlama Hizmeti

Sunacak Kuruluş Adı

Radyolojik Görüntüleme ve/veya Raporlama Hizmeti

Sunacak Kuruluşun Adresi

İletişim Bilgileri (Telefon/E-posta)

Radyolojik Görüntüleme ve/veya Raporlama Hizmeti

Sunacak Kuruluşun Sahipliği

Bakanlık Veri Sistemi Entegrasyonu (Var/Yok)

Raporlama Hizmeti Sunacak Kuruluşu Bünyesinde Çalışan Radyoloji Uzmanları

Radyoloji Uzman-Adı Soyadı

TC Kimlik No

Diploma No

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmetini sunabilmek için Bakanlık Veri Sistemi alt yapısı kurularak tescilin yapılması hususunda;
gereğini arz ederim.

.../.../....

Mesul Müdür

Adı-Soyadı

İmza

Başvuruya esas belgeler;

- Hekim/hekimlere ait uzmanlık belgesi örneği ve adli sicil kaydı
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği (*Faaliyet konusunu gösteren*)
- Kuruluşun vergi levhası
- PACS'ın hizmet alımı ile temin edilmesi durumunda PACS ait sözleşme örneği
- Kuruluş ile hekim arasında imzalanan hizmet sözleşmesi örneği
- TİTCK Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı Belgesi/Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi örneği
- Radyolojik Görüntüleme ve/veya Raporlama Hizmeti Tescil Belgesi harcına ait makbuz aslı



RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE/VEYA RAPORLAMA HİZMETİ TESCİL BELGESİ

Tescil No

Kuruluş Adı

Kuruluş Adresi

Kuruluş Sahipliği

Raporlama Hizmeti Sunacak Kuruluş Bünyesinde Çalışan Radyoloji Uzmanları

Uzman Adı Soyadı

TC Kimlik No

Diploma No

İlgili mevzuat hükümlerine göre yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmeti sunmak üzere Bakanlık Veri Sistemi alt yapısı kurularak tescil işlemi yapılmıştır.

.../.../...
ONAY

Adı-Soyadı
İmza

EK-14 RADYOLOJİ MERKEZİ/ÜNİTE/GÖZETİMLİ RADYOLOJİ BİRİMİ DENETİM SORU VE İDARİ YAPTIRIM FORMU * Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği Hükümleri Kapsamında Değerlendirilir. **İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonükleer Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Kapsamında Değerlendirilir.									
					Denetimin				
Adı:					Tarihi:				
Türü:					Saati:				
Mesul									
Müdürü:									
Ruhsat									
Tarihi:									
Faaliyet									
İzin Tarihi:									
Adresi:									
Soru No	Denetim Soruları				Uygun	Uygun Değil	Muaf	Açıklama	İDARİ YAPTIRIM
YETKİSİZ /RUHSATSIZ/İZİNSİZ SAĞLIK HİZMET SUNUMU STANDARTI									
1. Tespit									
2. Tespit									
3. Tespit									
4. Tespit									
1	Ruhsat, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi almadan radyoloji hizmeti veriliyor mu? (Yönetmeliğin* 15. maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi)								Ruhsatsız sunulan hizmet Valilikçe faaliyetten men edilir. İki yüz elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
2	Ruhsatta, faaliyet izin belgesinde veya izin belgesinde belirtilen adres dışında başka bir yerde radyoloji hizmeti veriliyor mu? (Yönetmeliğin* 15. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi)								Ruhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyeti Valilikçe durdurulur. Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası verilir. Ruhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyeti Valilikçe durdurulur. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Ruhsatsız hizmet verilen binanın/mahallin faaliyeti Valilikçe durdurulur. Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.
BİNA VE HİZMET BİRİMLERİ STANDARTI									
1. Tespit									
2. Tespit									
3. Tespit									
4. Tespit									
3	Birim eklenmesi, mekânsal tasarım değişikliği veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan merkezin il içi taşınma durumlarının Bakanlıktan izin alınmış mı? (Yönetmeliğin* 9. maddesinin ikinci fıkrası)								Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır. Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.

4	Radyoloji merkezlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içermeyen cihaz alanları aşağıdaki fiziki kriterleri sağlıyor mu? -Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odası girişinde gerekli uyarı levhaları bulundurulur ve yetkisiz kişilerin girişlerine engel olacak şekilde kontrollü giriş uygulanır. - Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odasının ses izolasyonu sağlanır ve oda içinde faraday kafeslemesi olur. Kontrol odası, cihaz odası ile bağlantılı olur ve görsel takibi sağlayacak şekilde düzenlenir. - Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odalarına bağlantılı veya yakın konumda hasta mahremiyetine uygun en az iki adet kilitlenen ve dışa doğru açılan kapılara sahip uygun giyinme kabini bulunur. Giyinme kabinlerinden cihaz odalarına giriş ve çıkışların kontrollü olması ve aynı anda yalnızca bir kabinde cihaz odasına girişin yapılması sağlanır. - Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odası girişinde içeriye metal cisim girmesini engelleyecek tedbirler alınır ve cihaz odasına metal cisim ile girilmemesi gerektiğine ilişkin hastalara bilgilendirme yapılır. - Ultrasonografi ve doppler cihaz odasında en az bir adet sedye bulunur. Bu odalarda lavabo da bulunabilir. -Ultrasonografi ve doppler cihaz odasında hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde giyinme kabini veya paravan bulunur. (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
5	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri, tetkik tekrarını engellemek ve tetkik sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen kriterler ve kalite yönetim sistemi kapsamında gerekli önlemleri almış mı? (Yönetmeliğin* 16. maddesinin dördüncü fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
6	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarını sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurulmuş mu? (Yönetmeliğin* 16. maddesinin birinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
7	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu odaların boyutları, ortama saçılan radyasyon dozu ve zırlama gerektiren duvarlarda zırh kalınlığı dikkate alınarak radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliğinin optimizasyonu sağlanacak şekilde tasarlanmış mı? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin dördüncü fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
8	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlara giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin beşinci fıkrası) <i>Açıklama;</i> <i>İyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu kontrollü alanlardan fiziki olarak ayrılmış alanlar, kontrollü alan kapsamında yer almaz.</i>				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
9	Radyasyon alanlarının girişlerinde ve radyasyon alanlarında, uygun radyasyon uyarı işaretleri bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin altıncı fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	Idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	

10	Tüm oda veya alanlara ait kapılarda, söz konusu oda veya alanın ne amaçla kullanıldığını belirten tabela bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin yedinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
11	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu odalar, başka bir amaç için kullanılıyor mu (Kullanılmaz)? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin sekizinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
12	Kumanda odası, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu oda ile bağlantılı olacak ve görsel takibi sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onuncu fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
13	Radyoloji uygulamalarında kumanda ünitesinin iyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu odanın içinde olması durumunda, görsel takibi sağlayacak radyasyon zırhlıması yapılarak, sabit veya hareketli kurşun camlı paravan bulunuyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbirinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
14	Merkez, giriş katta değilse binada hastanın tekerlekli sandalye ve sedye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun asansör, platform veya lift sistemi bulunuyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onikinci fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
15	Merkezde, engelli kullanımına uygun lavabo ve tuvalet bulundurulur, engellilerin giriş ve çıkışını zorlaştırmayacak ve tekerlekli sandalye geçişini engellemeyecek şekilde düzenleme yapılmış mı? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onüçüncü fıkrası)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
16	Merkezde, hizmet alanlarının tüm kapılarının, acil durumda çıkış engel olmayacak şekilde otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilen kapılar olması sağlanmış mı? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin ondördüncü fıkrası) 1-Ünite muafur. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafur.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	

17	Bilgisayarlı tomografi, mamografi, tomosentez, kemik-mineral dansitometresi, sabit/mobil röntgen, anjiyografi, sabit/mobil skopi, floroskopi cihazları ile ERCP ve ESWL işlemlerinin her biri için ayrı birim oluşturulmuş mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (a) bendi) 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
18	Bilgisayarlı tomografi biriminde, cihaz odası ve kumanda odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (b) bendi) <i>Açıklama;</i> <i>Bu birimde yer alan kumanda odası, cihaz odası içerisinde yer almaz.</i> 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
19	Anjiyografi ve floroskopi birimlerinde, cihaz odası ve kumanda odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (c) bendi) 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
20	İyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu alanda cihazın X-ışını tüpü, birincil ıskınpıya ve çalışana yönlendirilmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi? (Yönetmeliğin**5'inci maddesinin onbeşinci fıkrasının (ç) bendi) 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
21	Bilgisayarlı tomografi, mamografi, kemik-mineral dansitometre, sabit röntgen, sabit skopi ve floroskopi cihaz odalarına bağlantılı veya yakın konumda hasta mahremiyetine uygun en az iki adet, kilitlenen ve dışı doğru açılan kapılara sahip uygun giyinme kabini bulunuyor ve buralardan cihaz odalarına giriş ve çıkışların kontrollü olması ve aynı anda yalnızca bir kabinde cihaz odasına giriş yapılması sağlanmış mı? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (d) bendi) 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
22	Girişimsel radyolojik işlem sonrası cihaz odasına yakın bir gözlem odası bulunuyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (e) bendi) 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır.				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	

23	Radyolojik tetkiklerin raporlama işlemlerinin yapılması için radyasyon alanı dışında uygun raporlama odası/odaları oluşturulmuş mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (f) bendi) 1-Ünite muafıdır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır.					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
24	İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlara hastalar ve radyasyonla çalışanlar dışındaki kişilerin yalnızca tek kapıdan giriş ve çıkışına izin veriliyor mu? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (ğ) bendi) <i>Açıklama;</i> <i>Merkezde bitişik alanlarda kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kumanda ünitesi ortak kumanda odasında bulunabilir.</i> 1-Ünite muafıdır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır.					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
25	Cihaz odası içinde birden fazla cihaz bulunuyor mu (Bulunmaz)? (Yönetmeliğin** 5. maddesinin onbeşinci fıkrasının (ı) bendi) <i>Açıklama;</i> <i>Cihaz odası içerisinde kumanda ünitesine, hasta giyinme kabinlerine ve varsa film/banyo odasına geçiş kapılarının bulunmasına izin verilir.</i> 1-Ünite muafıdır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafıdır.					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
26	NDK tarafından uygun bulunan radyasyondan korunma programının uygulanması sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin birinci fıkrası) <i>Açıklama;</i> <i>Radyasyondan korunmanın, radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif kaynakların emniyetinin teminine ilişkin NDK tarafından yayımlanan mevzuat kapsamında radyasyon uygulamaları yürütülür.</i>					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
27	Radyasyonla çalışanlar, hastalar ve refakatçiler için radyasyondan korunmaya yönelik ilgili mevzuat kapsamındaki gerekli tedbirler alınıyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin ikinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
28	Radyasyondan korunmayı sağlamak üzere uygulamanın niteliğine göre koruyucu giysi ve teçhizatın eksiksiz olarak bulundurulması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve kullanılması sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin üçüncü fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	

29	Girişimsel radyoloji uygulamalarında görev alan radyasyonla çalışanların, maruz kalacakları radyasyon dozunu sınırlayacak ilave radyasyondan koruyucu kişisel donanımlar kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin dördüncü fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
30	Radyoaktif madde ve benzeri yaralanmalar için tıbbi önlemler alınmış mı? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
31	İlk yardım seti ve yangın tehlikesine karşı yangın söndürücü ile alev söndürme örtüsü gibi güvenlik donanımı mevcut mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
32	Radyasyonla çalışanlara uygulama kapsamındaki potansiyel tehlikeler ile güvenli çekim teknikleri hususunda eğitim verilir ve bu eğitimler kayıt altına alınıyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
33	Oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında giriş kapısı, cihaz, donanım veya aygıt üzerine ulusal veya uluslararası kabul gören semboller kullanılarak işaretleme veya etiketleme yapılmış mı? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
34	Uygun sıklıkta hava değişiminin sağlanması amacıyla ilgili mevzuata uygun havalandırma sistemi kurulmuş mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya alt brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	

35	Giriş ve çıkış noktaları ile yangın çıkışları ilgili mevzuata uygun şekilde işaretlenmiş mi? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
36	Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının teslim alınması, bulundurulması, kullanılması, radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların yönetimi ve X-ışını tüpü kullanımından oluşan atıkların bertaraf edilmesi ile radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin yetkilendirmeler, radyasyon güvenliği, radyoaktif kaynakların emniyeti, radyoaktif maddelerin taşınması ve radyasyon acil durumlarının yönetimi hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari ve teknik düzenlemeler yerine getiriliyor mu? (Yönetmeliğin** 6. maddesinin altıncı fıkrasının (f) bendi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
37	Radyoloji raporlama ve/veya görüntüleme hizmetinin hizmet alımı yoluyla karşılanması halinde; Yönetmeliğin* 18. maddesinde düzenlenen kriterlere uyuluyor mu? (Yönetmeliğin* 18. maddesi)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
PERSONEL STANDARTI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
38	Mesul müdür, Yönetmeliğin* 12'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getiriyor mu? (Yönetmeliğin* 12. maddesinin ikinci fıkrası)					Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin mesul müdürü değiştirilir. Üç yıl sağlık tesisi mesul müdürlüğü yapamaz.
39	Merkez sorumlusu, Yönetmeliğin* 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen görevleri yerine getiriyor mu? (Yönetmeliğin* 12. maddesinin üçüncü fıkrası)					Merkez sorumlusu uyarılır. On beş gün süre verilir.	Merkez sorumlusu uyarılır. On beş gün süre verilir.	Merkez sorumlusu uyarılır. On beş gün süre verilir.	Merkez sorumlusu değiştirilir.
40	Ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenen radyoloji merkezlerinde merkez sorumlusu olarak radyoloji uzmanı görev alıyor mu? 1-Ünite muafittir. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafittir. (Yönetmeliğin* 11. maddesinin birinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	

41	Radyoloji merkezinde merkez sorumlusu olarak çalışan radyoloji uzmanı tam zamanlı olarak görev yapıyor mu (Merkez sorumlusu, aynı ilde olmak şartıyla bir başka merkezde daha merkez sorumlusu görevi üstlenmeden çalışabilir. Merkez sorumlusu dışındaki radyoloji uzmanları aynı ilde olmak şartıyla en fazla iki merkezde çalışabilir.)? (Yönetmeliğin* 11. maddesinin ikinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
42	Radyoloji merkezinde ve gözetimli radyoloji biriminde en az bir tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri çalışıyor mu? 1-Ünite muafittir. (Yönetmeliğin* 11. maddesinin onbirinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
43	Radyoloji merkezinde, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde radyasyondan korunma sorumlusu görevini yürütmek üzere en az bir kişi görevlendirilmiş mi? (Yönetmeliğin* 11. maddesinin onikinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
44	Radyoloji merkezleri dışında girişimsel radyoloji ünitesi bulunması halinde, ilgili uzmanlık dalında bir uzman hekim girişimsel radyoloji ünitesi sorumlusu olarak görev yapıyor mu? (Yönetmeliğin* 11. maddesinin ondördüncü fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
45	Yönetmelik* eki EK-11'de yer alan Radyolojik Görüntüleme ve/veya Raporlama Hizmeti Tescil Belgesi alan kuruluşlarda çalışacak radyoloji uzmanı ikiden fazla radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmeti sunulan kuruluşta çalışıyor mu (Çalışamaz) ? (Yönetmeliğin* 11. maddesinin onyedinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
46	Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde mobil röntgen veya skopi gibi hareketli cihazların kullanılacağı radyasyon uygulamaları, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri tarafından yürütülüyor mu? (Yönetmeliğin* 12. maddesinin yedinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	
47	Merkezde görev yapan sağlık çalışanları, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyiyor mu? Merkezde görev yapan bütün personel yakasına, personelin adını, soyadını, mesleğini ve ünvanını belirten ve mesul müdürlüğe onaylanmış olan fotoğrafı bir kimlik kartı taşıyor mu (Kimlik kartlarının Bakanlığın elektronik sistemi ile uyumlu karekod içermesi zorunludur.) (Yönetmeliğin* 12. maddesinin sekizinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üç oranında idarî para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	

48	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? (Yönetmeliğin* 15. maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi)					Mesul müdür uyarılır. Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir. Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.	Mesul müdür uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Sağlık tesisinin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.	Mesul müdürün mesul müdürlük görevine son verilir ve üç yıl boyunca özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür olmasına izin verilmez. Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.	
49	Merkezde; - Radyoloji uzmanı, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak bir başka tıp dalının görev alanına giren işlerin uzmanı olunduğu ilan ederek tip diplomasının veya uzmanlık belgesinin kendisine verdiği yetkiler haricinde mesleğini yürütüyor mu? - 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 8'inci ve 10'uncu maddeleri uyarınca tabipler, tıp diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini yürütüyor mu? (Yönetmeliğin* 15. maddesinin yedinci fıkrası)					Mesul müdür uyarılır. Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası, ayrıca ilgili hekime 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 26'ncı maddesi uyarınca idari para cezası verilir. Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlgililer hakkında tabii olduğu mevzuatı kapsamında disiplin işlemleri yapılması sağlanır.	Mesul müdür uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlgililer hakkında tabii olduğu mevzuatı kapsamında disiplin işlemleri yapılması sağlanır.	Mesul müdürün mesul müdürlük görevine son verilir ve üç yıl boyunca özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür olmasına izin verilmez. Sağlık tesisinin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlgililer hakkında tabii olduğu mevzuatı kapsamında disiplin işlemleri yapılması sağlanır.	
KAYITLARIN TUTULMASI VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU STANDARDI									
50	Radyoloji merkezlerinde ruhsata ve faaliyet izin belgesine, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde izin belgesine esas tıbbi cihaz envanterli bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin* 10. maddesinin dördüncü fıkrası) Envanter listesinde, her cihazın; ☐ Cihazın adı ☐ Markası ☐ Modeli ☐ Üretim tarihi ☐ Seri numarası ☐ Lisans Numarası ☐ Temsilci firma ☐ Merkezde hizmete giriş tarihi bulunur. Açıklama; ☐ Merkezdeki tıbbi cihaz envanter listesi incelenmelidir. ☐ Listenin güncelliği, en az 2 tıbbi cihazın merkezde olup olmadığı ve envanter listesindeki parametrelerine bakılarak kontrol edilmelidir.					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit

51	Radyoloji merkezlerinde, ünite ve gözetimli radyoloji biriminde her cihaz için cihaz yönetim dosyası var mı? (Yönetmeliğin* 10. maddesinin dördüncü fıkrası) Dosya içeriğinde, ❑ Kullanım kılavuzu ❑ Arıza bildirim formları ❑ Firma iletişim bilgileri ❑ Kullanıcı cihaz eğitim sertifikaları bulunur. Açıklama; ❑ Cihaz yönetim dosyası dışında başka bir yerde veya elektronik ortamda bulunuyorsa ofta bulunulabilir. ❑ Her cihaza ait yönetim dosyasındaki parametreler kontrol edilmelidir.					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
52	Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından gerekli tedbirler alınıyor mu? (Yönetmeliğin* 10. maddesinin altıncı fıkrası) Açıklama; Adli vaka kayıtlarına, yönetici/mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler ile merkez sorumlu erişebilir.					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
53	Radyoloji hizmetlerine ait sonuç raporlarında; raporu düzenleyen radyoloji uzmanının bilgileri, tarih ve istem saati, çekim saati, çekim süresi ile rapor düzenlenen tetkikler için rapor onay saati bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 10. maddesinin beşinci fıkrası) Açıklama; İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan işlemlerde ayrıca her bir radyolojik işlemin gerekçelendirilmesi, kV ve mA değerlerini içeren iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı bilgileri, tekrarlı çekim var ise nedeni de raporda yer alır.					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
54	Kişisel dozimetre sonuçları NDK bünyesindeki Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine gönderiliyor mu? (Yönetmeliğin* 13. maddesinin sekizinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
55	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri çekim kalitesini izlemeye yönelik program oluşturarak buna ilişkin kayıtları tutuyor mu? (Yönetmeliğin* 16. maddesinin ikinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
56	Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere Bakanlığın Kayıt ve Tescil Sistemine kayıtlı bilgi sistemi kurulmuş mu? (Yönetmeliğin* 17. maddesinin birinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	

57	Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde kurulan bilgi sisteminde yer alan görüntüler dahil tüm tıbbi kayıtların ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılıyor mu? (Yönetmeliğin* 17. maddesinin ikinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
58	15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edildiğinden ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılıyor mu? (Yönetmeliğin* 17. maddesinin üçüncü fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
59	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenerek Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine aktarılıyor mu? (Yönetmeliğin* 17. maddesinin beşinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
60	Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderiliyor mu? (Yönetmeliğin*17'nci maddesinin altıncı fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
61	Merkezde raporlar ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? 1-Ünite muafur. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafur. (Yönetmeliğin* 17. maddesinin yedinci fıkrası) <i>Açıklama;</i> <i>Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde; kalite uygunluk, kalite kontrol değerlendirme sonuçları, bakım onarım faaliyetlerine ait raporlar, izleme ve ölçüm cihazlarının kayıtları en az 10 yıl; radyasyon kaynaklarına ve radyoaktif atıklara ilişkin kayıtlar en az 20 yıl; iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanların tıbbi gözetim ve kişisel dozlarına ilişkin belge ve kayıtlar ise radyasyona maruz kalmayı gerektiren işin sona ermesinden sonra 30 yıldan az olmamak kaydıyla korunur ve saklanır.</i> <i>Radyasyonla çalışanın görevi bırakması ve başka yerde çalışmaya başlaması durumunda doz kayıtlarının bir kopyası çalışana teslim edilir.</i>					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	

62	Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde yapılan işlemler için merkez/ünite/birim sorumlusu tarafından hazırlanan uygulama formlarında, uygulanan radyoopak madde/radyoaktif madde ve uygulama dozu, çekim protokolü ve saati ile diğer tıbbi bilgiler kayıt altına alınıyor mu? (Yönetmeliğin* 17. maddesinin sekizinci fıkrası)					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
63	Dış Merkezdən hizmet alımı yapılması halinde, hizmeti gerçekleştiren kurum veya kuruluş ismi ve adresi sonuç raporunda yer alıyor mu? (Yönetmeliğin* 18. maddesinin altıncı fıkrası) <i>Açıklama;</i> <i>Testi gerçekleştiren dış merkezin isim ve adresinin hasta test raporunda okunaklı şekilde belirtildiği kontrol edilmelidir.</i>					Elli bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
BİLGİLENDİRME VE TANITIM STANDARDI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
64	Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezlerinin, isimlendirilmesi mevzuata uygun mu? 1-Ünite muafır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafır. (Yönetmeliğin* 15. maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi) <i>Açıklama;</i> <i>Üniversite ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının isimleri ile benzer ya da aynı şekilde isimlendirilemez.</i>					Sağlık tesisi uyarılır. On gün süre verilir.	Sağlık tesisi uyarılır. On gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
TIBBİ CİHAZ, DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
65	Radyoloji Merkezleri, ünite ve gözetimli radyoloji birimlerinde bulunan ve iyonlaştırıcı radyasyon içeren her cihaz için Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından verilen güncel lisans belgesi bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 5. maddesinin üçüncü fıkrası)					Radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyeti, üç ay süreyle durdurulur. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır. Bu süre içinde merkezin lisans alamaması halinde, ilgili birim ruhsat veya faaliyet izin belgesinden çıkarılır ve radyoloji merkezi faaliyetine mevcut birimleriyle devam eder. Bu süre içinde ünite veya gözetimli radyoloji biriminin lisans alamaması halinde ise ilgili ünite veya gözetimli radyoloji biriminin izin belgesi geri alınır.			
RADYASYON DOZ SINIRLARI						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
66	Yönetmeliğe* uygun olarak kontrollü alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personel kişisel dozimetre kullanıyor mu? Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulamalarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personel kişisel dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşıyor mu? (Yönetmeliğin* 13. maddesinin birinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur.	

67	Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren personel için çalışmaya zorlanmaları, embrasyon, fetüsün veya emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak ve halk için belirlenen doz sınırlarına uyulacak şekilde yeniden düzenlenmiş mi? Çalışma koşulları hamilelik şüphesi olan ve hamile personel için hamileliğin geri kalan süresinde radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde, emzirme döneminde olan personel için radyoaktif kirlilik riski bulunan radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 13. maddesinin onbirinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	
68	Kişisel dozimetri hizmeti, bu hizmeti vermek üzere NDK tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan alınmış mı? (Yönetmeliğin* 13. maddesinin yedinci fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	
69	Kişisel dozimetre sonuçlarında NDK tarafından belirlenen radyasyon doz sınırlarının aşılması durumunda merkez sorumlusu ve radyasyondan korunma sorumlusu sorunun kaynağını inceleyip değerlendirerek varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alıyor ve NDK mevzuatı kapsamında işlem yapıyor mu? (Yönetmeliğin* 13. maddesinin onuncu fıkrası)					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	Sağlık tesisinin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Nükleer Düzenleme Kurumuna bildirim yapılır.	
70	Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezi tabelalarında, basılı ve elektronik ortam materyallerinde mevzuata uygun ibareler kullanılıyor mu? 1-Ünite muafıtır. 2-Gözetimli Radyoloji Birimi muafıtır. (Yönetmeliğin* 15. maddesinin sekizinci fıkrasının (e) bendi) Açıklama; Basılı ve elektronik ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak şartıyla "özel" ibaresi, sağlık kuruluşunun isminde kullanılan yazı puntolarının ½ sinden küçük olamaz. Tabelalar ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatta kayıtlı özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezi ismi dışında başka bir isim kullanılmaz ve ruhsatta belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı ve/veya başka ibareler yazılamaz.					Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.	
	Diğer Tespitler					1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
71									
72									
73									

AÇIKLAMALAR:
(1) *26.04.2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve **12/4/2023 tarihli ve 7077 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklel Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir. Yönetmeliğe göre tannan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.
(2) Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar 12/11/2025 tarihli ve 33075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(3) Bu formda belirtilen maktu idari para cezaları 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. Maktu para cezaları 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.



EK-15
RADYOLOJİ RAPORLAMA VE ÇEKİM KALİTESİ DEĞERLENDİRME
İNCELEME FORMU

İnceleme Formu Kullanımı ve Değerlendirilmesi

- 1.1. Radyolojik cihazların hasta boyutuna göre ışınlama parametrelerini değiştirebilmesi nedeniyle standart hasta boyutları dikkate alınmalıdır.
- 1.2. Düzenlenen formlar “On hasta /on inceleme prensibi” ile kullanılır. Değerlendirme görevlisi radyoloji uzmanı tarafından, her satırda sorulan kriter, radyolojik görüntülerde incelenerek birim puan üzerinden değerlendirme yapılır.
- 1.3. Değerlendirme “*Tetkik Değerlendirme Gruplarında*” yer alan her grup için bir tetkik seçilerek yapılır.
- 1.4. Teknik kriter mevcut ise “birim puanı”, mevcut değilse “sıfır” puan verilir.
- 1.5. Her bir hasta radyolojik görüntüsüne verilen puanlar her sütun sonunda toplanır. On hastanın almış olduğu puan ortalaması görüntülerin genel teknik kalite açısından yeterliliğini ortaya koyar.
- 1.6. Elde edilen ortalama puana göre değerlendirme sistemi aşağıda yer almaktadır;
 - ✓ 60 ve altı puan: Derhal düzeltici iyileştirici işlem başlatılır.
 - ✓ 61-75 puan: Yeterli
 - ✓ 76-90 puan: İyi
 - ✓ 91-100 puan: Çok iyi
- 1.7. Her bir satır için de ayrıca inceleme yapılır. Formlarda yer alan kriterler için on hastanın en az 5’i tam puan almalıdır.
- 1.8. Değerlendirme sonrasında, sütunlar için 60 ve altında puan verilen formlar ile satırlar için on hastanın en az 5’inin tam puan almadığı formlar için düzeltici ve önleyici faaliyetler alınır. Gerekğinde tüm kriterler yeniden incelenir. Altmış ve altında puan verilen değerlendirme formu için, inceleme 3 ay sonra tekrarlanır.

Tetkik Değerlendirme Grupları

Form No	Grup Adı	Tetkik Adı	Form No	Grup Adı	Tetkik Adı
1	A	Pa Akciğer Grafisi	21	C	Meme, Manyetik Rezonans Görüntüleme (Kontrastlı)
2		Lateral Akciğer Grafisi	22		Beyin, Manyetik Rezonans Görüntüleme
3		Pa Kranyografi Kontrol Formu	23		Boyun, Manyetik Rezonans Görüntüleme
4		Lateral Kranyografi Kontrol Formu	24		Orbita, Manyetik Rezonans Görüntüleme
5		AP Batın Grafisi	25		Temporal Kemik, Manyetik Rezonans Görüntüleme
6		AP Lomber Vertebral Kolon Grafisi	26		Hipofiz, Manyetik Rezonans Görüntüleme
7		Lateral Lomber Vertebral Kolon Grafisi	27		Üst Batın, Manyetik Rezonans Görüntüleme
8		IVP Grafisi	28		Alt Batın, Manyetik Rezonans Görüntüleme
9		Faringografi (Modifiye Baryum Yutma Testi)	29		MRKP, Manyetik Rezonans Görüntüleme
10		Özefagus Grafisi	30		Spinal, Manyetik Rezonans Görüntüleme
11	B	Mide Duodenum Grafisi	31	D	Omuz, Manyetik Rezonans Görüntüleme
12		İnce Barsak Grafisi	32		Dirsek, Manyetik Rezonans Görüntüleme
13		Kolon Grafisi	33		El Bileği, Manyetik Rezonans Görüntüleme
14		Beyin, Bilgisayarlı Tomografi	34		Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme
15		Boyun, Bilgisayarlı Tomografi	35		Diz, Manyetik Rezonans Görüntüleme
16		Paranasal Sinüs, Bilgisayarlı Tomografi	36		Ayak Bileği, Manyetik Rezonans Görüntüleme
17		Temporal Kemik, Bilgisayarlı Tomografi	37		Mamografi
18		Toraks, Bilgisayarlı Tomografi			
19		Üst Abdomen, Bilgisayarlı Tomografi			
20		Alt Abdomen, Bilgisayarlı Tomografi			

ÖRNEK FORM (PA KRANYOGAFİ DEĞERLENDİRME FORMU)

No	KRİTER	Puan	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
1	Kafatası simetrik görülür (özellikle kafatası kemiği, orbita ve petroz kemikler)	20	20	0*	20	0*	20	20	0*	0*	0*	0*	
2	Petrosal kemiğin apeksleri orbita dairesinin ortasında görülür	20	20	0	20	0	20	20	0	20	0	20	
3	Frontal sinüs, etmoid hücreler ve petrozapeksi net görülür	20	20	0	20	0	20	20	0	20	0	20	
4	Petroz temporal kemikler ve iç işitsel kanallar net görülür	20	20	20	20	20	20	20	0	20	0	20	
5	Kranial verteksin dış ve iç tabakalarının sınırlarının keskin bir şekilde görülür	10	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	
6	Hareket artefaktları yok	5	5	5	0	5	0	0	5	0	5	5	
7	Değerlendirmeyi engelleyen başka artefakt yok	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0	5	
	Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100	40	95	40	80	85	10	75	15	80	620

Toplam Puan: On Hastanın Puan Toplamı=100+40+95+40+80+85+10+75+15+80=620 puan

Ortama Puan: On Hastanın Puan Toplamı/Hasta Sayısı= 620/10=62 puan

Değerlendirme sistemine göre yeterlidir (61-70 puan: Yeterli).

*1 nolu kriter için düzeltici ve önleyici faaliyetler alınır.

FORM-1: PA AKCİĞER GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-2: LATERAL AKCİĞER GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-3: PA KRANYOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-4: LATERAL KRANYOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-5: AP (Yatarak), BATIN GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORM-8: IVP GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-9: FARİNGOGRAFİ (MODİFİYE BARYUM YUTMA TESTİ) DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

[illegible]

FORM-11: MİDE DUODENUM GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

[illegible]

FORM-13: KOLON GRAFİSİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-14: BEYİN, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Tüm serebellum görülür	5	5											
Tüm serebrum görülür	5	5											
Tüm kafa tabanı görülür	5	5											
Anatomik yapılar simetrik olarak izlenir	5	5											
Endikasyonu varsa İV KM verilir	5	-											
Anatomik rezolusyon yeterli (kesitler bulanık değil; küçük anatomik yapılar ayırt ediliyor)	20	25											
Beyaz - gri cevher arasındaki sınır görülür	20	25											
Bazal ganglionlar görülür	5	5											
Ventriküler sistemler görülür	5	5											
Mezensefalon çevresinde beyin omurilik sıvısı boşlukları görülür	5	5											
Beyin çevresinde beyin omurilik sıvısı boşlukları görülür	5	5											
IV KM uygulandıktan sonra büyük damarlar ve koroid pleksuslar görülür	5	-											
Artefakt yok	10	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Beyin BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Beyin BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-15: BOYUN, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Kafa tabanından üst mediasten girimine kadar alanı içeriyor	10	15											
Koronal ve sagittal reformatlar elde edilebilmeli	10	10											
Anatomik yapılar simetrik	10	15											
Endikasyonu varsa iv KM verilmiş	10	-											
Anatomik rezolusyon yeterli. (kesitler bulanık değil; küçük anatomik yapılar ayırt ediliyor)	30	40											
IV KM uygulandıktan sonra büyük damarlar ve mukozal kontrastlanma görülüyor	10	-											
Artefakt yok	20	20											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Boyun BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Boyun BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-16: PARANAZAL SİNÜS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

[illegible]

FORM-18: TORAKS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
İnce aksiyel kesitler alınmış (≤ 5 mm)	15	25											
Tanısal koronal ve sagittal reformat görüntüler elde edilebilir	10	15											
Diafragma bitimine kadar görüntüler alınmış	5	5											
Anatomik rezolusyon yeterli (kesitler bulanık değil; küçük anatomik yapılar ayırt ediliyor)	15	15											
Parankim penceresinde fissurler net seçilir	10	10											
Vasküler ve mediastinal yapılar eksiksiz takip edilir	10	10											
Akciğer parankimi, tüm kostalar, aksiller ve supraklavikuler fossa görülür	10	10											
Endikasyona göre iv KM verilmiş ve uygun fazda çekilir	10	-											
Iv KM uygulandıktan sonra damarlar kontrast ile yeterli opasifiye olmuştur	10	-											
Artefakt yok	5	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Toraks BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Toraks BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-19: ÜST ABDOMEN, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Gerekli ön hazırlık yapılır (hasta açlığı, oral KM kullanımı gibi)	5	5											
Tüm karaciğer, dalak ve her iki böbrek görülüyor	15	15											
Kesit kalınlığı ≤ 5 mm olur	15	20											
Koronal ve sagittal reformat görüntüler net olarak değerlendirilir	20	25											
Anatomik rezolüsyon yeterli (kesitler bulanık değil; küçük anatomik yapılar ayırt ediliyor)	20	25											
Endikasyon dahilinde iv KM kullanılmış	10	-											
İv KM ile elde edilen faz ön tanı için uygun	10	-											
Artefakt yok	5	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Üst Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Üst Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-20: ALT ABDOMEN, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Gerekli ön hazırlık yapılmış (idrar sıklığı, oral KM kullanımı gibi)	5	5											
Tüm pelvik organlar görüntüleniyor	5	5											
Alt sınırdaki perine de tümüyle görüntülenmiş	5	5											
Klinik ön taniye göre iv KM kullanılmış	10	-											
Kesit kalınlığı ≤ 5 mm olmalı	25	25											
Koronal ve sagittal reformat görüntüler net değerlendirilebiliyor	20	25											
Anatomik rezolüsyon yeterli (kesitler bulanık değil; küçük anatomik yapılar ayırt ediliyor)	20	25											
Artefakt yok	10	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Alt Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Alt Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-21: MEME, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (KONTRASTLI) DEĞERLENDİRME FORMU

[illegible]

FORM-22: BEYİN, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Tüm serebellum görülür	5	5											
Tüm serebrum görülür	5	5											
İnceleme 3 planda yapılır	5	5											
T1, T2 ve FLAIR T2 sekanslar var	5	5											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	20	25											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	20											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	20	25											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilir	5	-											
KM enjeksiyonu sonrası en az 2D T1a ya da 3D GRE T1a alınır	10	-											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Beyin MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Beyin MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

[illegible]

[illegible]

FORM-25: TEMPORAL, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-26: HİPOFİZ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-27: ÜST BATIN, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Tüm karaciğer, dalak ve her iki böbrek görüntüye giriyor	5	5											
İnceleme en az 2 planda yapılmış	5	10											
İncelenecek organa uygun kesit kalınlığı seçilmiş	10	10											
En az bir adet iç-dış faz görüntüleri var	5	5											
Ağır T2A aksiyal kesit alınmış	5	15											
Ön tanıya uygun fazda yağ baskılı İV kontrastlı görüntüler alınmış	10	-											
Dinamik çekimlerde dinamik fazlara ek olarak organ için geçerli olan geç faz ve çıkartma görüntüleri alınmış	15	-											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	20	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	10	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	10	15											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Üst Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Üst Abdomen BT görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-28: ALT BATIN, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Tüm pelvik organlar görüntüye giriyor	5	5											
İnceleme en az 2 planda yapılmış	5	5											
Kesit kalınlıkları 4 mm altındadır	10	10											
Ön tanıdaki organ aksına göre eksenler oluşturulmuş	10	20											
Endikasyon dahilinde iv (km) kullanılarak en az 2 plan yağ baskılı T1A görüntü alınmış	10	-											
Ön tanıya uygun fazda yağ baskılı iv kontrastlı görüntüler ve çıkartma görüntüleri alınmış	10	-											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	20	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	10	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Artefakt yok	5	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Alt Batın MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Alt Batın MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-29: MRKP, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU[illegible]

FORM-30: SPİNAL, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
T2A ve T1A sagital kesitler yanısıra T2A ya da T2A aksiyal sekanslar alınmış	5	5											
Sagital kesitler ilgili vertebraları tamam olarak kapsıyor	5	5											
Sagital kesitler, her iki tarafta transvers çıkıntıların tamamını kapsıyor	5	5											
Aksiyal kesitler, nöralforamenlerin tamamı ve disk düzeylerini kapsıyor	5	5											
SNR yeterli (görüntüler granülöz değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	20	25											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntüde parlaklık eşit dağılmış)	15	20											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	20	25											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilmiş	5	-											
Kontrast enjeksiyonu sonrası yağ baskılı aksiyal ve sagital T1 kesitler alınmış	10	-											
Artefakt yok	10	10											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Spinal MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Spinal MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-31: OMUZ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Anterolateral dedeltoïd kas – posteromedyal deskapular kanat görüntü alanı içindedir	5	5											
İnceleme 3 planda yapılmış	15	20											
T1A ve sıvıya duyarlı sekanslar (FS PD-T2 / STIR) var	15	20											
SNR yeterli(görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre kontrast madde endikasyonu varsa verilir	5	-											
Kontrast enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/FS T1A alınır	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Omuz MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Omuz MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-32: DİRSEK, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Humerusdistaldiyafizi, radyüstüberositazı görüntü alanındadır	5	5											
İnceleme 3 planda yapılır	15	20											
T1 ve sıvıya duyarlı sekanslar (FS PD-T2 / STIR) var	15	20											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilmiş	5	-											
Kontrast enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/FS T1A alınmış	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Dirsek MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: KontrastsızDirsek MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-33: EL BİLEĞİ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Metakarpaların distali, radyoulnar eklem görüntü alanındadır	5	5											
İnceleme 3 planda yapılmış	15	20											
T1 ve sıvıya duyarlı sekanslar (FS PD-T2 / STIR) var	15	20											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilir	5	-											
Kontrast enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/FS T1A alınmış	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı El Bileği MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız El Bileği MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-34: KALÇA, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
FOV sakroiliyak eklemi tamamen kapsanacak şekilde ayarlanmış ve genellikle 20 cm düzeyindedir	5	5											
İnceleme 3 planda yapılmış	15	20											
T1A ve sıvıya duyarlı sekanslar (FS PD-T2A / STIR) var	15	20											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre, KM endikasyonu varsa verilmiş	5	-											
KM enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/ FS T1A alınmış	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Kalça MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Kalça MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-35: DİZ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Yukarıda suprapatellar bursa, distalde patellar tendon insersiyosu görüntü alanı içindedir	5	5											
İnceleme 3 planda yapılmış	15	20											
T1A ve sıvıya duyarlı sekanslar var (FS PD-T2A / STIR)	15	20											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilmiş	5	-											
KM enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/FS T1A alınmış	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Diz MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Diz MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-36: AYAK BİLEĞİ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan 1	Puan 2	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
Ayak bileği görüntü alanındadır	5	5											
İnceleme 3 planda yapılmış	15	20											
T1A ve sıvıya duyarlı sekanslar (FS PD-T2A / STIR) alınmış	15	20											
SNR yeterli (görüntüler granüllü değil, farklı sinyalli yapılar net olarak ayırt ediliyor)	15	20											
Sinyal homojenitesi yeterli (görüntünün her yerinde parlaklık eşit)	15	15											
Uzaysal rezolusyon yeterli (komşu anatomik yapılar net olarak ayırt ediliyor; küçük anatomik yapılar seçilebiliyor; görüntüler bulanık değil)	15	15											
Klinik duruma göre KM endikasyonu varsa verilmiş	5	-											
KM enjeksiyonu sonrası en az 2 plan T1A/FS T1A alınmış	10	-											
Artefakt yok	5	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100	100											

Puan 1: Kontrastlı Ayak Bileği MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

Puan 2: Kontrastsız Ayak Bileği MR görüntülerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

FORM-37: MAMOGRAFİ DEĞERLENDİRME FORMU

KRİTER	Puan	Hasta1	Hasta 2	Hasta 3	Hasta 4	Hasta 5	Hasta 6	Hasta 7	Hasta 8	Hasta 9	Hasta 10	Toplam Puan
MLO yeterli pozisyonlanmış (pektoral kasın açısı uygun, inframammarian cilt katlantısı ve, retromammarian yağ dokusu dâhil, meme başı profilde)	25											
CC yeterli pozisyonlanmış (meme başı ortada, MLO grafi ile karşılaştırıldığında meme dokusu <1 cm dâhil)	20											
Kontrast yeterli	20											
Uzaysal çözünürlük yeterli	10											
Bulanıklık yok	10											
Artefakt yok	10											
Etiketleme uygun	5											
Hasta Tetkiki Değerlendirme	100											